

Minister MZS

Deadline: 06-04-2020

nota

(ter beslissing)

Fittest mondkmaskers

Paraaf 5.1.2e

Wvd 5.1.2e

1 Aanleiding voor deze nota

Om ervoor te zorgen dat deze schaarse middelen beschikbaar zijn, heeft het ministerie van VWS de inkoop en verdeling gecentraliseerd in het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Bij aanschaf controleert het Landelijk Consortium Hulpmiddelen op kwaliteitsdocumenten. Daarnaast is besloten om alle producten voor distributie nog een keer aan een kwaliteitscontrole te onderwerpen. Hiervoor werden de maskers gecontroleerd op filterefficiency en een fittest, waarbij wordt gekeken of de maskers voldoende aansluiting geven op het gezicht.

De resultaten van deze fittest blijken steeds erg wisselend, waardoor grote partijen mondkmaskers zouden worden afgekeurd. Dit verschil is te verklaren doordat de fit van een maskers persoonsgebonden is en daardoor kan verschillen per persoon. Zorginstellingen hebben bij ons aangegeven dat zorgverleners uiteindelijk zelf zullen kijken naar de fit van maskers. De zorginstellingen zouden daarom graag de mondkmaskers ontvangen die mogelijk niet door de fittest komen, maar wel voldoen aan de eisen qua filterefficiency. Vervolgens zullen zij zelf zorg dragen voor de fit, door bijvoorbeeld hulpmiddelen te gebruiken, in samenspraak met de arbeidshygiënist of de afdeling Infectiepreventie.

Mondmaskers die niet voldoen aan de kwaliteitseisen voor een FFP1 of FFP2 qua filterefficiency, zijn wel voldoende vergelijkbaar met een chirurgisch masker type II qua filterefficiency. Deze mondkmaskers zijn daarom geschikt om in de langdurige zorg te gebruiken. Zorginstellingen hebben positief gereageerd op het aanbod van deze maskers en willen ze graag gebruiken.

2 Beslispunten, advies en mogelijk alternatief

- Bent u akkoord om de fittest (de mate van aansluiting op het gezicht) achterwege te laten bij de beoordeling van de ingekochte mondmaskers door het LCH?
- Bent u akkoord met bijlage 1 waarin een beschrijving van de testen wordt gegeven en instructies over het meten van de fit?
- Bent u akkoord met bijlage 2 waarin een beschrijving wordt gegeven over afgekeurde maskers (op filterefficiency) die worden vrijgegeven als chirurgische maskers? Deze bijlage zal worden meegestuurd bij de verzending van desbetreffende maskers.

Het advies is om akkoord te gaan met bovenstaande beslispunten, zodat de mondmaskers snel beschikbaar komen voor zorginstellingen.

3 Samenvatting en conclusies

- Op dit moment worden door het LCH ingekochte mondmaskers beoordeeld op filterefficiency en fit. Met name door de fittest zouden veel partijen mondmaskers worden afgekeurd.
- De fit van een masker is alleen persoonsgebonden is en kan daardoor verschillen per persoon. Hierdoor is vooraf testen van de fit bij het LCH niet zinvol. Dit bevestigen zorginstellingen.
- Zorginstellingen zouden daarom graag de mondmaskers die voldoen aan de filterefficiency, maar mogelijk niet aan de fittest, wel ontvangen. Binnen de zorginstelling wordt zelf zorg gedragen voor een duidelijke instructie van het meten van de fit in samenspraak met de arbeidshygiënist of afdeling Infectiepreventie.
- Bijlage 1 zullen we bijvoegen bij het vrijgeven van deze maskers waarin een uitleg staat over de testen door het LCH. Hierbij is ook een instructie opgenomen voor het testen van de fit.
- Mondmaskers die niet voldoen aan de kwaliteitseisen voor een FFP1 of FFP2 qua filterefficiency, zijn wel voldoende vergelijkbaar met een chirurgisch masker type II qua filterefficiency.
- Deze maskers zijn daarom bruikbaar voor de langdurige zorg.
- Omdat deze maskers niet voldoen aan de eisen zoals gesteld op de dozen en de mondmaskers zelf, zijn zorginstellingen zelf verantwoordelijk voor het gebruik van deze maskers.
- Bijlage 2 zullen we bijvoegen bij het vrijgeven van deze maskers, zodat voor zorginstellingen duidelijk is dat deze mondmaskers niet geschikt zijn als FFP maskers en zij zelf verantwoordelijk om ze te gebruiken als chirurgische mondmaskers.

4 Draagvlak politiek

Dit speelt in het licht van de Coronacrisis. Met deze beslissing kan er een bijdrage worden geleverd aan het voorkomen van acute tekorten aan mondmaskers.

5 Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

- Bijlage 1 zal worden verspreid onder de betrokken partijen.
- Bijlage 2 zal worden meegestuurd bij vrijgegeven mondmaskers die afgekeurd zijn obv filterefficiency, maar wel inzetbaar zijn als chirurgisch mondmaskers.

We zullen het RIVM informeren over het besluit om de fittest niet meer vooraf

uit te gaan voeren bij het LCH.

6 Financiële en personele gevolgen

N.v.t.

7 Juridische aspecten en haalbaarheid

N.v.t.

8 Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)

Afgestemd met IGJ.

9 Gevolgen administratieve lasten

N.v.t.

10. Toezeggingen

N.v.t.

11. Fraudetoets

N.v.t.

**Directoraat-Generaal
Curatieve Zorg**
directie Geneesmiddelen en
Medische Technologie

Kenmerk
1671450-203989-GMT

5.1.2e