

## Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

11-4-2020

Aantal inkooporder/pakbon

Lotnummer

386

Aantal pallets

24

Totaal stuks

350.000

Aantal per pallet

15.000

Aantal per doos

1000

Aantal per verpakkingseenheid

10

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

Aantal afgehaald voor controle  
Verpakt per

Artikelnummer:

Inkooporder nummer

300355

LCH-nummer

3057-233355\_0408d

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

ingeboekt door:

Locatie:

5.1.2e

KOP STELLING 15/16

3057-233355

## Uitslagbon



INDEPENDENT WORLD SERVICES BV

Changiweg 1 1437 EP Rozenburg-Schiphol

PO Box 75845 1118 ZZ Schiphol-Airport

+31 5.1.2e 5.1.5@iws-schiphol.nl

www.iws-schiphol.nl

Zendingnr. U200011634

AWB nr. 999-75715253

Aantal colli 707

HAWB nr. CN101823891

Gewicht 4858

Klant Morrison Express Netherlands  
B.V.

5.1.2h

U200011634

IWS BV

Pagina 1

HUGO

10-4-2020

Report 70003

Documentnr. 20NLK8TVOAAVEQWD50

Handtekening

Uitslagdatum 10-4-2020

Uitslagtijd 11:11

ATO\_Date 06-04-20

Pasnummer 5.1.2e

Schade

Pasnaam 5.1.2e

**DGVS Uitslaggegevens**

Referentie type HWB Aantal colli 707

Referentienr. CN101823891 Gewicht 4.858

DGVS deelnemer

**Deze gegevens exact zo overnemen in uw administratie bij uw inslagtransacties om DGVS mismatches te voorkomen.**

5.1.2e

## Eindbeoordelingsformulier mondkmaskers

Datum	11-09
Inkoopnummer	300355
Lotnummer	306
Leverancier	Morrison Express
Productnaam of naam fabrikant	
Productiedatum	16-03-2020
Type mondkmasker (volgens de fabrikant)	ung5

	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-
Algemene bevindingen:			

	Testgemiddelde	
Particle Penetration	0,3 µm = 65,4	0,5 µm = 79,7%
Algemene bevindingen:	Aflieur, <FFP1.	

	FF Pass Level	
	Zonder clip	Met clip
Test 1	) niet verricht,	
Test 2		
Test 3		
FFP2 (Ja/Nee)		

Waterkolom	Gemiddelde	Standaarddeviatie
	niet	

Versturen? (JA/NEEN/ONHOLD)			
Artikelnummer VWS:			
Algemene bevindingen: Aflieur, <FFP1.			
<b>Logistiek (aankruisen)</b>	<b>PFE</b>	<b>FIT</b>	<b>Classificatie</b>
Mand 1	>94%	>100	FFP2
Mand 2	>94%	33<FIT<100	FFP2 met instructie over FIT
Mand 3	80%<PFE<94%	>100	FFP1, filter van mindere kwaliteit
Mand 4	80%<PFE<94%	33<FIT<100	FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT
Mand 5	>94%	<33	Alleen uitleveren bij hoge nood
Mand 6	80%<PFE<94%	<33	Alleen uitleveren bij hoge nood
Mand 7	<80%	Ongeacht fit	Niet gebruiken

## Particle Penetration by Kalibra

Inkoopnummer	300355	LOT-nummer	386
Datum	11 APR 2020		
Productnaam	Morrison Express		
Leverancier	-		
Type mondmasker	KN95		

	Gemiddelde rendement > 0,3	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3	Gemiddelde rendement > 0,5	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	66,0	fail	79,8	fail
Masker 2	66,1	fail	89,1	P1
Masker 3	64,2	fail	79,1	fail
Totaal gemiddelde	65,4	fail	79,7	fail

Eindoordeel > 0,3 $\mu\text{m}$
fail
Eindoordeel $\geq$ 0,5 $\mu\text{m}$
fail