

Auping

Zoals u bekend (inbreng curestaf 9 november 2020 en 23 november 2020) zijn er bij het LCH verschillende klachten binnen gekomen over het draagcomfort van de Auping mondkmaskers, met name over de knellende elastieken.

Inmiddels heeft Auping een verbeteringslag toegepast door een extra ingangscntrole op de kwaliteit van de elastieken bij de productie en zullen maskers met een verbeterd draagcomfort worden uitgeleverd (korte termijn oplossing). Voor de lange termijn wordt gewerkt aan een oplossing met andere elastieken.

Tegelijkertijd liggen er hierdoor bij het LCH voorraden die niet aan de zorg uitgeleverd zullen worden. Auping geeft aan dat , naar eigen inschatting, 30% van de eerder geproduceerde mondkmaskers een te strak elastiek heeft, maar dat niet valt te traceren welke mondkmaskers het exact betreft. Dat percentage is veel te hoog om ze uit te gaan leveren aan de zorg.

Met het LCH en Auping wordt momenteel geïnventariseerd wat te doen met deze voorraden Het betreft hier goedgekeurde CE gecertificeerde maskers, waarvan alleen het draagcomfort ter discussie staat. Deze maskers zouden vernietigd moeten worden of verkocht buiten de zorg of buiten de EU. Het LCH vindt afzet buiten de EU geen optie vanwege het probleem met draagcomfort. Vernietigen heeft niet onze voorkeur. De maskers zouden gratis aangeboden kunnen worden aan partijen binnen de overheid, buiten de zorg. Dit uiteraard met de opmerking dat het mondkmaskers zijn waarvan een deel een verminderd draagcomfort heeft als gevolg van de strakke elastieken.

Mogelijke opties hiervoor zijn o.a.:

- Politie
- Stembureaumedewerkers voor de verkiezingen van 17 maart

De maskers zijn reeds door ons betaald. In bovenstaand scenario zouden wij de reeds betaalde FFP2 mondneusmaskers niet bij Auping hoeven te crediteren.

In het geval er geen goede bestemming voor de maskers gevonden kan worden en we toch tot vernietiging over moeten gaan kunnen we proberen te komen tot gedeeltelijke creditering. Er zal dan goed naar de contractuele afspraken gekeken moeten worden. Bij de huidige CE certificering wordt niet naar gebruiksvriendelijkheid gekeken en ook in het contract met Auping wordt draagcomfort van de mondkmaskers niet als een criterium genoemd waar de maskers aan moeten voldoen. We kunnen dus terecht komen in een discussie met Auping of de knellende elastieken wel of niet voldoen aan de CE certificering dan wel of er wel of niet is geleverd wat is afgesproken en of er derhalve al dan niet moeten worden gecrediteerd. Wij denken dat in dat geval een beoogde uitkomst die ergens in het midden ligt voor VWS het beste zou zijn.