

## 199.2 Antigeentesten in de GGD teststraten

Concept handreiking Antigeentest, paragraaf 6 Verantwoordelijkheden en kwaliteitsbewaking

5.1.2e behandelt de tekst in paragraaf 6 in bijlage 199.2 in samenwerking met 5.1.2e

Eerder hebben we aangegeven niet verantwoordelijk te willen zijn voor de uitvoering en het uitlezen van de testen. Berenschot heeft een uitvoeringsrichtlijn hiervoor opgesteld. 5.1.2e is consultant van Berenschot en heeft handreiking voor GDD'en geschreven. Er zijn 4 scenario's rondom verantwoordelijkheid, zie bijlage 199.2 paragraaf 6. Er is input geleverd vanuit de GGD'en door 5.1.2e; 5.1.2e en 5.1.2e.

Wat betekent de analysefase t.a.v. de GGD-taken? Er is een lijstje gerealiseerd, opgenomen in het document, te gebruiken in contact met het laboratorium. Er wordt een uitgewerkt scenario 2 behandeld via een overzicht in de presentatie, bijlage 199.2.2 De GGD creëert randvoorwaarden, het laboratorium ziet toe op de uitvoering en de kwaliteit. De dienst Testen bij GGD GHOR NL gaat deze maand met deze input contracten afsluiten met de laboratoria voor XL-teststraten, de inhoud van de handreiking heeft dus consequenties voor de contractering. GGD'en die antigeen teststraten opzetten moeten zelf contracten hiervoor opstellen.

Reacties van de deelnemers:

- 5.1.2e: een collega heeft een opmerking t.a.v. de tekst in paragraaf 6.2.2, mogelijk kan het achteraf aangepast worden. De vraag wordt door 5.1.2e naar 5.1.2e gestuurd.
- 5.1.2e: de verdeling is goed. Echter staan er nummers achter de teksten waar nu nog geen verwijzing voor te vinden is, dit graag verduidelijken.  
Reactie 5.1.2e: GGD'en krijgen een map met de informatie waar naar verwezen wordt in het document.
- 5.1.2e: wat moet ik mij voorstellen bij 'ketenverantwoordelijkheid' in het stuk over indicatie testen?  
Reactie 5.1.2e: de gedachte is dat de GGD verantwoordelijk is voor dit gedeelte en het niet alleen bij de GGD-arts voor de teststraat ligt.  
Reactie 5.1.2e: hij stelt voor dat zij nog een keer goed naar deze tekst kijken. Het ligt buiten de analysefase van de antigeentest. Het moet helder in het stuk staan.
- 5.1.2e: het is onduidelijk wanneer iemand een antigeentest en wanneer iemand een PCR moet krijgen. Nu moet het vaak uit OMT verslagen gehaald worden, dit is niet passend. Zij ziet tegenstrijdige berichten welke testen te gebruiken op dag 5. Het moet duidelijk in Inf@ct berichten opgenomen worden.  
Reactie 5.1.2e: we zijn aan het werk alles goed in de Kamerbrief te zetten die vanavond uit komt. We gaan er voor zorgen dat het z.s.m. goed in een Inf@ct komt.  
Reactie 5.1.2e: op de [RIVM website](#) staat een tabel met een overzicht wanneer welke test te gebruiken.
- 5.1.2e: wat is de stand van zaken m.b.t. de E-nose test? Er wordt onderscheid gemaakt tussen pre-analytisch (bij GGD A'dam) en analytisch (bij micro-biologen). Het zit kritische punt ligt op het gebied van 'blazen', er zitten haken en ogen aan. Er wordt over de testmethode gesproken in A'dam. 5.1.2e: er komt een stukje over van GGD GHOR, er is een expertgroep mee bezig. 5.1.2e pakt dit op.

C/ het LOI COVID-19 heeft paragraaf 6 in de concept handreiking Antigeentest vastgesteld op voorwaarde dat het commentaar verwerkt wordt.