

COVID-19: welke groepen personen kunnen met welke test(en) worden getest?

Stand van zaken 9-12-2020

Groep	Type test		
	(LAMP-) PCR ¹	Antigeen sneltest ²	Ademtest ³ (positieve geteste personen met andere test hertesten)
Personen met klachten			
Ernstig zieke personen met klachten passend bij COVID-19, zowel in klinische setting als thuis	X	Negatieve test bevestigen met (LAMP-) PCR	
Personen met (milde) klachten uit risicogroepen (ouderen, mensen met onderliggend lijden, kwetsbare personen) die in een instelling verblijven	X	Negatieve test bevestigen met (LAMP-) PCR	X
Personen met klachten werkzaam met personen met verhoogd risico op ernstig beloop: zorgmedewerkers	X	Negatieve test bevestigen met (LAMP-) PCR	X
Personen met klachten in direct contact met personen met verhoogd risico op ernstig beloop: mantelzorgers en bezoekers aan instellingen waar kwetsbare personen verblijven	X	X	X
Personen met (milde) klachten uit risicogroepen (ouderen, mensen met onderliggend lijden, kwetsbare personen) die niet in een instelling verblijven	X	X	? (Ademtest behoeft voor deze groep nog validatie ?)
Personen met klachten zonder risico op ernstig beloop, die in overige instellingen verblijven (bijvoorbeeld jongeren)	X	X	X
Overige personen met klachten (teststraat)	X	X	X
Personen zonder klachten			
Personen zonder klachten in BCO of via Coronamelderapp	X	Lijkt inzetbaar, evaluatie-studie loopt	Lijkt inzetbaar, evaluatie-studie nodig
Screening van alle contacten en medewerkers bij een cluster in verpleeghuizen en instellingen waar kwetsbare personen verblijven	X	Lijkt inzetbaar, validatiestudie in verpleeghuizen loopt	Lijkt inzetbaar, evaluatie-studie nodig
Screening van alle contacten en medewerkers bij een cluster in overige instellingen	X	Lijkt inzetbaar, evaluatie-studie nodig?	Lijkt inzetbaar, evaluatie-studie nodig
Screening van contacten en medewerkers bij een cluster in andere settings bijv. scholen of in werksituaties	X	Lijkt inzetbaar, evaluatie-studie nodig?	Lijkt inzetbaar, evaluatie-studie nodig
Personen zonder klachten bij terugkeer uit hoog risicogebied	X	Lijkt inzetbaar, evaluatie-studie nodig?	Lijkt inzetbaar, evaluatie-studie nodig
Overige personen zonder klachten	X	Lijkt inzetbaar, evaluatie-studie nodig?	Lijkt inzetbaar, evaluatie-studie nodig

1 De PCR is de gouden standaard; keuze hangt af van de gewenste snelheid: LAMP-PCR en antigeensneltesten geven sneller een uitslag dan de PCR. De LAMP-PCR genereert geen Ct-waarde hetgeen de interpretatie van een positieve test kan bemoeilijken bijvoorbeeld bij asymptomatische personen. Waar (LAMP-)PCR de voorkeur heeft boven andere testen, is dit aangegeven met X

2 Momenteel zijn 5 antigeensneltestendoor het OMT positief geëvalueerd voor toepassing bij personen met milde klachten (de groep die bij de GGD-teststraten getest wordt)

3 De ademtest is een voorscreenings-test; de negatief geteste personen behoeven geen vervolgstest, de positief geteste personen wel. Daarvoor kan de (LAMP-)PCR of antigeensneltest gebruikt worden.