Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

-Eindbeoordelingsformulier – KN95-maskers (LOT-nummers)

Datum	15-07-2020
Lotnummer	100.020
Leverancier/LCH-nummer	
Productnaam of naam fabrikant	Jiangsu Nanfang Medical Co.
Productiedatum	
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	KN95

Q1 Particle Penetration 0,3	**Percentage**	**Filterkwaliteit P1/P2/P3**
Masker 1	98	P2
Masker 2	94	P2
Masker 3	99	P3

Q2 Fittest	**Zonder clip**	**Met clip**
Testpersoon 1	<10	16
Testpersoon 2	14	94
Testpersoon 3	7	199
	☐ **FAIL** ☒ **PASS**	

Q3 en Q4	**+**	**+/-**	**-**
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-

Artikelnummer VWS	**Eindoordeel (op basis van Q1, Q2, Q3 én Q4)**
971 (KN95)	☐ **Goedgekeurd** ☒ **Afkeur**

Algemene bevindingen:
Artikelnummer is 958 (FFP2), maar het moet 971 (KN95) zijn. Op de doos staat de norm GB2626-2006 vermeld voor KN95 maskers. Op het masker zelf staat juist FFP2. Het masker is niet te herleiden naar de verpakking.Docuemntatie is opgevraagd, maar niet aangeleverd, geen verdere kwaliteitsbeoordeling beoordeling mogelijk.

Samenvatting Q1 en Q2 voor KN95 maskers

Logistiek	**Aankruisen**	**Clip (Ja/Nee)**	**Specs.**	
			PFE	**FIT**
Mand 1			>94%	>100
Mand 2	X	Ja	>94%	33<FIT<100
Mand 3			80%<PFE<94%	>100
Mand 4			80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5			>94%	<33
Mand 6			80%<PFE<94%	<33
Mand 7			< 80%	Ongeacht fit

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie: 14-07-2020