



Eindbeoordelingsformulier – KN95 maskers (LOT-nummers)

Datum	17-07-2020
Lotnummer	100.052
Leverancier/LCH-nummer	
Productnaam of naam fabrikant	Jiangsu Nanfang Medical Co.
Productiedatum	
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	KN95

Q1 Particle Penetration 0,3	Percentage	Filterkwaliteit P1/P2/P3
Masker 1	97	P2
Masker 2	98	P2
Masker 3	98	P2

Q2 Fittest	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	-	41
Testpersoon 2	-	21
Testpersoon 3	-	24
	<input checked="" type="checkbox"/> FAIL <input type="checkbox"/> PASS	

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-

Artikelnummer VWS	Eindoordeel (op basis van Q1, Q2, Q3 én Q4)
971 (KN95)	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur

Algemene bevindingen:

Artikelnummer is 958 (FFP2), maar het moet 971 (KN95) zijn. Op de doos staat de norm GB2626-2006 vermeld voor KN95 maskers. Op het masker zelf staat juist FFP2. Het masker is niet te herleiden naar de verpakking. Er staat non medical product op de verpakking.

Samenvatting Q1 en Q2 voor KN95 maskers

Logistiek	Aankruisen	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
			PFE	FIT
Mand 1			>94%	>100
Mand 2			>94%	33<FIT<100
Mand 3			80%<PFE<94%	>100
Mand 4			80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5	X	Ja	>94%	<33
Mand 6			80%<PFE<94%	<33
Mand 7			< 80%	Ongeacht fit