Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*

Eindbeoordelingsformulier – KN95 maskers (LOT-nummers)

Datum	15-07-2020
Lotnummer	100.067
Leverancier/LCH-nummer	STAXS
Productnaam of naam fabrikant	KN95 Respirator F-0170
Productiedatum	
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	KN95

Q1 Particle Penetration 0,3	**Percentage**	**Filterkwaliteit P1/P2/P3**
Masker 1	91	P1
Masker 2	94	P2
Masker 3	99	P3

Q2 Fittest	**Zonder clip**	**Met clip**
Testpersoon 1		41
Testpersoon 2		46
Testpersoon 3		12
	☐ **FAIL** ☒ **PASS**	

Q3 en Q4	**+**	**+/-**	**-**
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-

Artikelnummer VWS	**Eindoordeel (op basis van Q1, Q2, Q3 én Q4)**
971 (KN95)	☐ **Goedgekeurd** ☒ **Afkeur**

Algemene bevindingen: volgorde van filterlagen wisselt. Duidelijk verschil in vorm van de maskers.
De neusclip op de maskers op verschillende afstanden van de rand gepositioneerd. De lengte van gestanste rijen (en het aantal gaatjes) is verschillend per masker. Fail op PFE.
Masker voldoet niet aan de norm wat betreft print op het masker en binnendoos. Geen documentatie geleverd.

Samenvatting Q1 en Q2 voor KN95 maskers

Logistiek	**Aankruisen**	**Clip (Ja/Nee)**	**Specs.**	
			PFE	**FIT**
Mand 1			>94%	>100
Mand 2			>94%	33<FIT<100
Mand 3			80%<PFE<94%	>100
Mand 4	X	Ja	80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5			>94%	<33
Mand 6			80%<PFE<94%	<33
Mand 7			< 80%	Ongeacht fit

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie: 14-07-2020