



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

### Eindbeoordelingsformulier mondkmaskers - Chirurgisch masker IIR

Lotnummer	1617
Leverancier/Terugg koppelen aan	
Productnaam of naam fabrikant	Peninsula Disposable Surgical Mask
Type mondkmasker (volgens de fabrikant)	IIR

AH/RIVM	Spattest	BFE
Datum: 7-7-20	Datum: 14-07-2020	Datum: 23-07-2020
<input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Fail <input checked="" type="checkbox"/> On Hold <input checked="" type="checkbox"/> Spattest <input checked="" type="checkbox"/> BFE	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Fail <input type="checkbox"/> On Hold	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Fail <input type="checkbox"/> On Hold
<b>Uitleg indien On Hold:</b> Documentatie was niet aanwezig; opgevraagd door 5.1.2e dd 24-07-2020. Beoordeling in kwaldoc gezet.	<b>Uitleg indien On Hold:</b>	<b>Uitleg indien On Hold:</b>

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-
<b>Algemene bevindingen:</b> Maskers zien er qua uiterlijk anders uit (randafwerking, wel/geen stoppers voor neusbeugel).			

#### Eindbeoordeling

Datum: 27-07-2020

Artikelnummer VWS	Quality Check:
<input checked="" type="checkbox"/> 974 (Earloops) <input type="checkbox"/> 984 (Lint)	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur
<b>Algemene bevindingen:</b> Uiterlijk wisselt; documentatie niet herleidbaar tot product.	

**Disclaimer:** Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen.