



Eindbeoordelingsformulier mondkmaskers - Chirurgisch masker IIR

| | |
|---|---|
| Lotnummer | 1677 |
| Leverancier/Terugg koppelen aan | |
| Productnaam of naam fabrikant | Medical Face Mask Hunan Triplex Precision |
| Type mondkmasker (volgens de fabrikant) | IIR |

| AH/RIVM | Spattest | BFE |
|---|---|---|
| Datum: 12-6-2020 | Datum: 09-07-2020 | Datum: 16-07-2020 |
| <input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Fail <input type="checkbox"/> On Hold <input checked="" type="checkbox"/> Spattest <input checked="" type="checkbox"/> BFE | <input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Fail <input type="checkbox"/> On Hold | <input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Fail <input type="checkbox"/> On Hold |
| Uitleg indien On Hold: | Uitleg indien On Hold: | Uitleg indien On Hold: |

| Q3 en Q4 | + | +/- | - |
|--|---|-----|---|
| Oordeel RIVM | | | - |
| Oordeel AH/TOXI | | | - |
| Algemene bevindingen: In documentatie staat dat het product niet geschikt is om op operatiekamer te gebruiken. | | | |

Eindbeoordeling

Datum: 27-07-2020

| Artikelnummer VWS | Quality Check: |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 974 (Earloops) <input type="checkbox"/> 984 (Lint) | <input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur |
| Algemene bevindingen: Afkeur op documentatie. Testrapporten zijn niet te herleiden naar het product. | |