



## Eindbeoordelingsformulier mondkmaskers - Chirurgisch masker IIR

Lotnummer	A079
Leverancier/Terugg koppelen aan	Zogear
Productnaam of naam fabrikant	Shanghai Zogear industries Co. LTD.
Type mondkmasker (volgens de fabrikant)	EN 14683 – type 2R

AH/RIVM	Spattest	BFE
Datum:13-07-2020	Datum:16-07-2020	Datum:
<input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Fail <input type="checkbox"/> On Hold <input checked="" type="checkbox"/> Spattest <input checked="" type="checkbox"/> BFE	<input type="checkbox"/> Pass <input checked="" type="checkbox"/> Fail <input type="checkbox"/> On Hold	<input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Fail <input type="checkbox"/> On Hold
<b>Uitleg indien On Hold:</b> 13-7: documentatie opgevraagd vanwege aanpassing opdruk op masker	<b>Uitleg indien On Hold:</b>	<b>Uitleg indien On Hold:</b> BFE gecancelled door VWS.

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-

### Algemene bevindingen:

De Zogear masker vertonen een grote inhomogeniteit op gebied van:

- Lengte masker (na uitvouwen);
- Afwerking (soort stof, randafwerking, lengte / soort oorelastieken, ontbreken anti fog rand)
- Neusbeugel (lengte, positie, vormvastheid)
- Spattest: 1 doosje pass, 1 doosje fail.

### Eindbeoordeling

Datum: 27-07-2020

Artikelnummer VWS	Quality Check:
<input checked="" type="checkbox"/> 974 (Earloops) <input type="checkbox"/> 984 (Lint)	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur
<b>Algemene bevindingen:</b>	