Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Eindbeoordelingsformulier mondmaskers - Chirurgisch masker IIR

Lotnummer	[redacted]
Leverancier/Terugkoppelen aan	Zogear
Productnaam of naam fabrikant	Shanghai Zogear industries Co. LTD.
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	EN 14683 – type 2R

AH/RIVM	**Spattest**	**BFE**
Datum: 21-7-2020	**Datum: 27-07-2020**	**Datum:**
☐ **Pass** ☐ **Fail** ☐ **On Hold** ☒ **Spattest** ☒ **BFE**	☐ **Pass** ☒ **Fail** ☐ **On Hold**	☐ **Pass** ☐ **Fail** ☒ **On Hold**
Uitleg indien On Hold: **13-7: documentatie opgevraagd vanwege aanpassing opdruk op masker**	**Uitleg indien On Hold:**	**Uitleg indien On Hold:** **Gecancelled door VWS**

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-

Algemene bevindingen:
Er zijn veel documenten die aangeven dat Zogear maskers voldoen aan de eisen. Het is echter niet mogelijk om deze uitkomsten te koppelen aan de Zogear maskers die aan het LCH zijn geleverd. Opvallend is dat er een onderzoek is gedaan door Hygcen, waarbij de deltaP te hoog uitkwam (111 Pa/cm2), wat ruim boven de maximaal toegestane waarde uit de norm ligt. Hygcen had daarvoor een verklaring afgegeven, dat dit niet zo erg was, als het masker maar goede filterende eigenschappen had. Ook de certificaten zijn niet specifiek voor chirurgische maskers of de op het certificaat genoemde maskers zijn niet te koppelen aan de Zogear maskers die aan het LCH zijn geleverd.

Eindbeoordeling
Datum: 29-07-2020

Artikelnummer VWS	**Quality Check:**
☒ **974** (Earloops) ☐ **984** (Lint)	☐ **Goedgekeurd** ☒ **Afkeur**

Algemene bevindingen:
Documentatie niet goed herleidbaar tot product. Fail op spattest.

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie: 10-07-2020

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie: 10-07-2020