

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Eindbeoordelingsformulier mondknaskers - Chirurgisch masker IIR

Lotnummer	EU031
Leverancier/Teruggkoppelen aan	Zogear
Productnaam of naam fabrikant	Shanghai Zogear industries Co. LTD.
Type mondknasker (volgens de fabrikant)	EN 14683 – type 2R

AH/RIVM	Spattest	BFE
Datum: 21-7-2020	Datum: 28-07-2020	Datum:
<input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Fail <input type="checkbox"/> On Hold <input checked="" type="checkbox"/> Spattest <input checked="" type="checkbox"/> BFE	<input type="checkbox"/> Pass <input checked="" type="checkbox"/> Fail <input type="checkbox"/> On Hold	<input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Fail <input checked="" type="checkbox"/> On Hold
Uitleg indien On Hold: 13-7: documentatie opgevraagd vanwege aanpassing opdruk op masker	Uitleg indien On Hold:	Uitleg indien On Hold: Gecancelled door VWS.

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-

Algemene bevindingen:

Er zijn veel documenten die aangeven dat Zogear maskers voldoen aan de eisen. Het is echter niet mogelijk om deze uitkomsten te koppelen aan de Zogear maskers die aan het LCH zijn geleverd. Opvallend is dat er een onderzoek is gedaan door Hygcn, waarbij de deltaP te hoog uitkwam (111 Pa/cm²), wat ruim boven de maximaal toegestane waarde uit de norm ligt. Hygcn had daarvoor een verklaring afgegeven, dat dit niet zo erg was, als het masker maar goede filterende eigenschappen had. Ook de certificaten zijn niet specifiek voor chirurgische maskers of de op het certificaat genoemde maskers zijn niet te koppelen aan de Zogear maskers die aan het LCH zijn geleverd.

Eindbeoordeling

Datum: 29-07-2020

Artikelnummer VWS	Quality Check:
<input checked="" type="checkbox"/> 974 (Earloops) <input type="checkbox"/> 984 (Lint)	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur
Algemene bevindingen: Documentatie niet goed herleidbaar tot product. Fail op spattest.	

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie: 10-07-2020



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie: 10-07-2020