

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Eindbeoordelingsformulier – KN95 maskers (LOT-nummers)

Datum	04-09-2020
Lotnummer	100.752
Leverancier/LCH-nummer	STAXS
Productnaam of naam fabrikant	KN95 Respirator F-0170
Productiedatum	
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	KN95

Q1 Particle Penetration 0,3	Percentage	Filterkwaliteit P1/P2/P3
Masker 1	97	P2
Masker 2	97	P2
Masker 3	95	P2

Q2 Fittest	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1		19
Testpersoon 2		118
Testpersoon 3		47
<input type="checkbox"/> FAIL <input checked="" type="checkbox"/> PASS		

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-

Artikelnummer VWS	Eindoordeel (op basis van Q1, Q2, Q3 én Q4)
971 (KN95)	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur
<p>Algemene bevindingen: volgorde van filterlagen wisselt. Duidelijk verschil in vorm van de maskers. De neusclip op de maskers op verschillende afstanden van de rand gepositioneerd. De lengte van gestanste rijen (en het aantal gaatjes) is verschillend per masker. Geen documentatie, geen fabrikantnaam op masker.</p>	

Samenvatting Q1 en Q2 voor KN95 maskers

Logistiek	Aankruisen	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
			PFE	FIT
Mand 1			>94%	>100
Mand 2	X	Ja	>94%	33<FIT<100
Mand 3			80%<PFE<94%	>100
Mand 4			80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5			>94%	<33
Mand 6			80%<PFE<94%	<33
Mand 7			< 80%	Ongeacht fit

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie: 14-07-2020