

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Eindbeoordelingsformulier – FFP1, FFP2 en FFP3 maskers (LOT-nummers)

Datum	##-08-2020
Aantal	
Lotnummer	
Leverancier/LCH-nummer	Shengquan New Materials Co., Ltd.
Productnaam of naam fabrikant	FFP2 particle Filtering Half Mask (C-shaped)
Productiedatum	
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	FFP2

Q1 Particle Penetration 0,3	Percentage	Filterkwaliteit P1/P2/P3
Masker 1	NIET UITGEVOERD i.v.m. aanwezigheid grafeen	
Masker 2		
Masker 3		

Q2 Fittest	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	NIET UITGEVOERD i.v.m. aanwezigheid grafeen	
Testpersoon 2		
Testpersoon 3		
<input type="checkbox"/> FAIL <input type="checkbox"/> PASS		

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-

Artikelnummer VWS	Eindoordeel (op basis van Q1, Q2, Q3 én Q4)
<input type="checkbox"/> 957 (FFP1)	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd
<input checked="" type="checkbox"/> 958 (FFP2)	<input checked="" type="checkbox"/> Afkeur
<input type="checkbox"/> 972 (FFP3)	


Algemene bevindingen:

Geen fittest en Particle Penetration uitgevoerd vanwege de mogelijke risico's van grafeen. Ontvangen CE certificaat is gecheckt bij NoBo. Het certificaat was niet meer geldig. Bij navraag bij de NoBo bleek dat dit was vervangen door een nieuw certificaat. Het product zou biomassa/grafeen bevatten, dit geeft een onbekend gezondheidsrisico. Met de aangeleverde stukken is onvoldoende onderbouwd dat het grafeen niet vrij kan komen en geen gezondheidseffecten kan veroorzaken. De NoBo neemt aan dat het geclaimde grafeen in de maskers alleen bestaat uit actief kool. NoBo neemt aan dat het vermelden van grafeen een marketinguiting is en heeft dat verder niet onderzocht.

Samenvatting Q1 en Q2 alleen voor FFP1 en FFP2 maskers

Logistiek	Aankruisen	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
			PFE	FIT
Mand 1			>94%	>100
Mand 2			>94%	50<FIT<100
Mand 3			80%<PFE<94%	>100
Mand 4			80%<PFE<94%	50<FIT<100
Mand 5			>94%	<50
Mand 6			80%<PFE<94%	<50
Mand 7			< 80%	Ongeacht fit

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie: 14-07-2020



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Samenvatting Q1 en Q2 alleen voor FFP3 maskers

Logistiek	Aankruisen	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
			PFE	FIT
Mand 1			>99%	>100
Mand 2			>99%	50<FIT<100
Mand 3			80%<PFE<99%	>100
Mand 4			80%<PFE<99%	50<FIT<100
Mand 5			>99%	<50
Mand 6			80%<PFE<99%	<50
Mand 7			< 80%	Ongeacht fit

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie: 14-07-2020