Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*

Eindbeoordelingsformulier – FFP1, FFP2 en FFP3 maskers(LOT-nummers)

Datum	
Aantal	
Lotnummer	
Leverancier/LCH-nummer	
Productnaam of naam fabrikant	
Productiedatum	
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	

Q1 Particle Penetration 0,3	**Percentage**	**Filterkwaliteit P1/P2/P3**
Masker 1		
Masker 2		
Masker 3		

Q2 Fittest	**Zonder clip**	**Met clip**
Testpersoon 1		
Testpersoon 2		
Testpersoon 3		
	☐ **FAIL** ☐ **PASS**	

Q3 en Q4	**+**	**+/-**	**-**
Oordeel RIVM			
Oordeel AH/TOXI			

Artikelnummer VWS	**Eindoordeel (op basis van Q1, Q2, Q3 én Q4)**
☐ **957 (FFP1)** ☐ **958 (FFP2)** ☐ **972 (FFP3)**	☐ **Goedgekeurd** ☐ **Afkeur**
Algemene bevindingen:	

Samenvatting Q1 en Q2 alleen voor FFP1 en FFP2 maskers

Logistiek	**Aankruisen**	**Clip (Ja/Nee)**	**Specs.**	
			PFE	**FIT**
Mand 1			>94%	>100
Mand 2			>94%	50<FIT<100
Mand 3			80%<PFE<94%	>100
Mand 4			80%<PFE<94%	50<FIT<100
Mand 5			>94%	<50
Mand 6			80%<PFE<94%	<50
Mand 7			< 80%	Ongeacht fit

Samenvatting Q1 en Q2 alleen voor FFP3 maskers

Logistiek	**Aankruisen**	**Clip (Ja/Nee)**	**Specs.**	
			PFE	**FIT**
Mand 1			>99%	>100
Mand 2			>99%	50<FIT<100
Mand 3			80%<PFE<99%	>100
Mand 4			80%<PFE<99%	50<FIT<100
Mand 5			>99%	<50
Mand 6			80%<PFE<99%	<50
Mand 7			< 80%	Ongeacht fit

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie: 14-07-2020