1678123

Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

Datum	
Inkoopnummer	
Lotnummer	484.
Leverancier	
Productnaam of naam fabrikant	Particulate Respirator FFP2.
Productiedatum	
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	

Q1 Particle Penetration	**Testgemiddelde**	**Type P1/P2/P3**
0,3	94%. | 93%.	P2/P1
0,5	100%. | 99%.	P3/P3

Q2 Fit test	**Zonder clip**	**Met clip**
Testpersoon 1		10g
Testpersoon 2	<10	20+
Testpersoon 3	<10	43
FFP2	☐ FAIL	☐ PASS

Q3 en Q4	**+**	**+/-**	**-**
Oordeel RIVM	+		
Oordeel AH/TOXI	+		
Algemene bevindingen:			

Quality Check:	**Uitleg indien On Hold:**
☒ Goedgekeurd ☐ Afkeur ☐ On Hold	
Artikelnummer VWS	958.
Algemene bevindingen:	

Logistiek	**Aankruisen**	**Classificatie**	**Clip (Ja/Nee)**	**Specs.**	
				PFE	**FIT**
Mand 1	X.	Goedkeur: FFP2	ja.	>94%	>100
Mand 2		Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT		>94%	33<FIT<100
Mand 3		Goedkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit		80%<PFE<94%	>100
Mand 4		Goedkeur:FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT		80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		>94%	<33
Mand 6		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		80%<PFE<94%	<33
Mand 7		Afkeur: Niet gebruiken		< 80	Ongeacht fit

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer		**LOT-nummer**	484
Datum uitvoering check	20/4/2020		
Leveringsdatum			
Leverancier	Jiangsu Maifang Medical.		
Productnaam of naam fabrikant	Disposable Face Mask		
Productiedatum			
Naam	5.1.2e		
Functie	5.1.2e		
Besproken met RIVM	5.1.2e		

Advies:

Type masker bij uitgifte:

FFP2 met clip

Werkwijze:
RIVM voert de ''administratieve'' controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Declaration of conformity aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Oordeel van RIVM	Geen doc. wel CE maar geen NoBo nr op doos of masker.	

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygienisten	Particle penetration bij >0,3 µm: P2 kwaliteit en bij >0,5 µm: P3 kwaliteit. Fitdetect is gedaan (S100) met inzet 1/2 clip!

2x particle penetration getest

komt nog: is nog niet aangemeld

	BINNENDOOS/PLASTICZAK			
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak?	30.		
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	☒ Integriteit in orde ☐ Integriteit niet in orde, omdat: ☐ Extra stickers opgeplakt, nl:		
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak?	Particulate Respirator. FFP2.		
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak?			
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak?	☒ Ja Chinees	☐ Nee	
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak?	☒ EN 149 (FFP) ☐ N95 ☐ KN95 ☐ P2 (Australia) ☐ KMOEL- 2017-64 Korea ☐ DS (Japan JMHLW-- ☐ EN 14683 (Surgical) ☐ Y 0469-2011 (Surgical) ☐ YY/T 0969 (Face mask) ☐ GB2626-2006 ☐ Anders:.... ☐ Geen	BFE>95.	
7	Is er een instructie bijgeleverd?	☒ Staat op de doos ☐ Los in de doos ☐ Ontbreekt		
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak?	☒ Ja	☐ Nee	☒ N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op *binnendoos/plasticzak* (shelf life max. 5 jaar)	☒ Ja	☐ Nee	

Bijzonderheden:

	VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER		
1	Zit er verpakking om het masker?	☑ Ja	☐ Nee
	Zo ja: 10 stuks in transparant folie; industrieel Qualified certificate		
2	Hoe is de verpakking te openen?	☑ Gemakkelijk ☐ Lastig ☐ Moeilijk	
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	☐ Ja ☐ Nee, het volgende wijkt af:	

Bijzonderheden:

	HET MASKER				
1	Algemene indruk masker?	☒ Integriteit in orde ☐ Integriteit niet in orde, omdat:			
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos?	☐ Ja ☐ Ontbreekt ☐ Nee, het volgende wijkt af:			
3	Wat staat er op het masker:	CE FFP2 EN149:2001 + A1:2009			
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat?	☐ Ja	☐ Nee	☐ N.v.t.	
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat?	☐ Ja	☐ Nee	☐ N.v.t.	
4	Is de stof is non woven?	☒ Ja	☐ Nee		
5	Aantal lagen van het masker:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 ☐ 5
6	Heeft het masker een nare geur?	☐ Ja	☒ Nee zuiver wel beetje		
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd?	☐ Met hoofdbanden ☒ Met oor elastieken ☐ Losse touwtjes			
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast?	☒ Erop gestanst ☐ Erin gestanst ☐ Gelijmd ☐ Genaaid ☐ Vast d.m.v.			
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken?	☒ Goed stevig vast ☐ Bij een keer dragen geen probleem ☐ Bij extra kracht laat het los			
10	Neusstuk	☐ Metaal in de stof ☒ Metaal aan de buitenlant ☐ Met filterdoek afgedekt ☐ Rubber strip ☐			

Bijzonderheden:

zie fitten?

	DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	☐ Goed ☐ Ruimte bij de kin ☐ Ruimte bij neusstuk na aandrukken ☐ Slechte aansluiting bij wangen ☐	
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	☐ Niet ☐ Neus ☐ Kin ☐ Zijkant ☐ N.v.t. (Chirurgisch)	
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	☐ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t.	
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	☐ Masker blijft op zijn plek ☐ Masker verschuift ☐	

Bijzonderheden: Goed resultaat (>100 bij 2 l/d3) bij niet van de clip

Fittest by RIVM

Datum	20-4-20
LOT/Z/X-nummer	Lot48 4

Fit factor real time test < 10	☒ Ja, test alleen met Clip	☐ Nee, test zonder en met clip

Tester:	Score	
	Zonder clip	Met clip
5.1.2e		109
5.1.2e	real-time < 10	200+
5.1.2e	"	43

Opmerkingen		
	Zonder clip	Met clip
Algemeen: (ruim, krap, etc)		zit goed
Verschuift bij Up & Down/Bending?		nee beetje
Is één clip voldoende?		Ja; Ja 2 clipjes
Extra opmerkingen		

Type FFP Masker	P1/P3
Fit test **(FAIL of PASS)**	Pass

Particle Penetration by Kalibra

Datum	20 apr 2020.
Inkoopnummer	-
LOT /X /Z-nummer	484

Q1 Particle Penetration	Gemiddelde rendement > 0,3	Pass or Faill t.o.v. P1/P2/P3	Gemiddelde rendement > 0,5	Pass or Faill t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	93 %	P1	99 %	P3
Masker 2	93 %	P1	99 %	P3
Masker 3	93 %	P1	99 %	P3
Totaal gemiddelde	93 %	P1	99 %	P3

Eindoordeel > 0,3
Voldoet aan de eis van P1
Eindoordeel > 0,5
Voldoet aan de eis van P3

Particle Penetration by Kalibra

Datum	20 apr 2020
Inkoopnummer	-
LOT /X /Z-nummer	48u 2e keer

Q1 Particle Penetration	Gemiddelde rendement > 0,3	Pass or Faill t.o.v. P1/P2/P3	Gemiddelde rendement > 0,5	Pass or Faill t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	93	P1	99	P3
Masker 2	95	P2	100	P3
Masker 3	94	P2	100	P3
Totaal gemiddelde	94	P2	100	P3

Eindoordeel > 0,3
Voldoet gemiddeld aan P2
Eindoordeel > 0,5
Voldoet aan P3

Formulier inslag magazijn

Invullen door QRS bij aanmaken inkooporder en naar logistiek brengen

Inkoopnummer QRS	300349
Referentienummer	2020-0008
Lotnummer	484
Artikelen en aantallen	368640 x 958

1678123

1678123

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger: 5.1.2e Datum: 20-4

Aantal inkooporder/pakbon _____ Lotnummer 484

Aantal pallets	25
Totaal stuks	~~360~~ 368640
Aantal per pallet	14,400
Aantal per doos	720
Aantal per verpakkingseenheid	30

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon **JA / NEE**

Zo niet **Telling bevestigd door** Naam: _____

Paraaf: _____

Aantal afgehaald voor controle	90
Verpakt per	30

Artikelnummer: 958 Inkooporder nummer 300349

LCH-nummer ~~2004~~ 2020 - 0008

Kwaliteitscontrole RIVM **JA / NEE**

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

KOP 16/17

Locatie: - -

ingeboekt door:

KLM
CARGO

Folder Nbr 3
Trucking Co
Agent BST
Date 20-04-2020
Time 12:36

DELIVERY RECEIPT

Total Pcs	512	Total Weight	3408.2 kg	Wooden floors	0	Document nbr.

AWB nbr.	Manifest nbr.	PCS	Weight	ULD nbr.	Exp.	Add. Doc. Nbr.	Comments
074 3354 0360	08940420	512	3408.2			RTO 20042020	

let op: Er zijn geen Europallets geladen.

Goods Delivered by

Name 5.1.2e

I hereby [redacted] ods
in good
ACN carc
Name BST(HULPGOEDEREN)
Company BEST GLOBAL LOGISTICS BV
Ident.

license plate 33-BJD-5
Seal nbr.

Signature ----------

Signature--

14:09

On this delivery the general terms and conditions of the concerned carrier are applicable.
KLMs "General Conditions of Carriage for Goods" are available at the KLM-offices.

Koninklijke [redacted] ij NV
KLM Cargo
Postbus 7700, 1117 ZL, Luchthaven Schiphol
KVK Amsterdam nr. 14286