Eindbeoordelingsformulier

Datum	03-04
Inkoopnummer	
Lotnummer	154
Leverancier	Moldex
Productnaam of naam fabrikant	Moldex
Productiedatum	~~FFP~~ FFP 2 958
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	FFP 2

	+	+/-	-
Oordeel RIVM	+		
Oordeel AH/TOXI	+		
Algemene bevindingen:			

	Testgemiddelde
Particle Penetration	55,5 %
Algemene bevindingen: OK.	

	FF Pass Level	
	Zonder clip	Met clip
Test 1		200 +
Test 2		200 +
Gemiddelde		
FFP2 (Ja/Nee)		Ja

Versturen? (JA/NEEN/ONHOLD)
Arrtikelnummer VWS: 958
Algemene bevindingen:

Fittest (norm = 100)

Datum:

Inkoopnummer	
Lotnummer	Lot 154
Productnaam	
Leverancier	
Type mondmasker	

FF Pass Level	100
FFP2 **(JA/NEEN)**	ok

5.1.2e

	Score	
Gebruiker:	Zonder clip:	Met clip:
5.1.2e		met knoop 36
5.1.2e		200 +
5.1.2e		200 +

Opmerkingen tijdens gebruik:

	Met ~~clip~~	Zonder ~~clip~~
Algemeen: (ruim, krap, etc)		met knoop lekkage bij rechter oog (voelbaar bij uitademen)
Verschuift bij Up & Down / Bending?	(met knoop: lastig – snel en masker zitten elkaar in de weg	
Is één clip voldoende?		
Overige:		

2e keer geen problemen

Particle Penetration by Kalibra

Inkoopnummer	NA	LOT-nummer	154
Datum	03/04/2020		
Productnaam	NA		
Leverancier	Moldex		
Type mondmasker	FFP2		

	Gemiddelde rendement	Pass or Faill t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	93,5 %	pass for P3
Masker 2	95,2 %	pass for P3
Masker 3		
Totaal gemiddelde		

Eindoordeel (P1/P2/P3)
Voldoet aan P3

5.1.2e

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger: 5.1.2e

Datum: 3-4-2020

Artikelnummer: .....

Lotnummer 154

Inkooporder nummer .....

Aantal inkooporder/pakbon .....

Aantal pallets	2
Totaal stuks	8640
Aantal per pallet	4320
Aantal per doos	240
Aantal per verpakkingseenheid	20

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon JA / NEE

Zo niet **Telling bevestigd door** Naam: .....

Paraaf: .....

Aantal afgehaald voor controle	60
Verpakt per	20

Kwaliteitscontrole RIVM JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

Lotnummers 154 + 155 horen bij elkaar, alleen GEN ANDERE productie-datum.

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer		**LOT-nummer**	154 / 8640
Datum uitvoering check	3/4/2020		
Leveringsdatum	1/4/2020		
Leverancier	Molelex		
Productnaam of naam fabrikant	FFP2 NR D Classic		
Productiedatum	?		
Naam	5.1.2e		
Functie	5.1.2e		
Besproken met RIVM			

Advies: voldoet aan fit test particle penetration.

Type masker bij uitgifte: FFP2

Werkwijze:
RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Declaration of conformity aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Oordeel van RIVM		

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygienisten	Oogt goed. en zit ook redelijk goed. Penetratietest + fittest nog uitvoeren. Als dit voldoet; dan is het prima!

	BINNENDOOS/PLASTICZAK			
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak?	20 stuks.		
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	☒ Integriteit in orde ☐ Integriteit niet in orde, omdat: ☐ Extra stickers opgeplakt, nl:		
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak?	FFP2 NR D Classic		
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak?	Moldex		
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak?	☐ Ja	☐ Nee	
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak?	☒ EN 149 (FFP) ☐ N95 ☐ KN95 ☐ P2 (Australia) ☐ KMOEL- 2017-64 Korea ☐ DS (Japan JMHLW-- ☐ EN 14683 (Surgical) ☐ Y 0469-2011 (Surgical) ☐ YY/T 0969 (Face mask) ☐ GB2626-2006 ☒ Anders:.... FFP2 NR D ☐ Geen		
7	Is er een instructie bijgeleverd?	☒ Staat op de doos ☒ Los in de doos ☐ Ontbreekt		
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak?	☒ Ja	☐ Nee	☒ N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op *binnendoos/plasticzak* (shelf life max. 5 jaar)	☒ Ja 13.03.25	☐ Nee	

Bijzonderheden:

	VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER		
1	Zit er verpakking om het masker?	☐ Ja	☑ Nee
	Zo ja: In per 20 stuks in doorzichtig zak.		
2	Hoe is de verpakking te openen?	☑ Gemakkelijk ☐ Lastig ☐ Moeilijk	
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	☐ Ja ☐ Nee, het volgende wijkt af: ☑ nvt.	

Bijzonderheden:

	HET MASKER					
1	Algemene indruk masker?	☒ Integriteit in orde ☐ Integriteit niet in orde, omdat:				
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos?	☒ Ja ☐ Ontbreekt ☐ Nee, het volgende wijkt af: Binnenzijde:				
3	Wat staat er op het masker:	EN 149 : 2001 CE 121 Moldex 2400+ ; FFP2 NRD				
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat?	☒ Ja	☐ Nee	☒ N.v.t.		
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat?	☒ Ja	☐ Nee	☐ N.v.t.		
4	Is de stof is non woven?	☒ Ja binnen wel.	☒ Nee Buitenzijde niet			
5	Aantal lagen van het masker:	☒ 1	☒ 2	☒ 3	☒ 4	☐ 5
		ws: wit vlies	niet bloes	niet bloes	uil: gaas	
6	Heeft het masker een nare geur?	☐ Ja	☒ Nee			
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd?	☒ Met hoofdbanden (door een lus) ☐ Met oor elastieken ☐ Losse touwtjes				
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast?	☐ Erop gestanst ☐ Erin gestanst ☐ Gelijmd ☐ Genaaid ☐ Vast d.m.v.	☒ Anders; door lus heen gehaald.			
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken?	☒ Goed stevig vast ☐ Bij een keer dragen geen probleem ☐ Bij extra kracht laat het los				
10	Neusstuk	☐ Metaal in de stof ☐ Metaal aan de buitenlant ☐ Met filterdoek afgedekt ☐ Rubber strip ☒ voorgevormd.				

Bijzonderheden:

	DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT	
1	Hoe past het masker op het gezicht?	☒ Goed ☐ Ruimte bij de kin ☐ Ruimte bij neusstuk na aandrukken ☐ Slechte aansluiting bij wangen ☐
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	☐ Niet ☐ Neus ☒ Kin ; beetje ☐ Zijkant ☐ N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	☐ Ja ☒ Nee ☐ N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	☒ Masker blijft op zijn plek ☐ Masker verschuift ☐

Bijzonderheden:

1678137

MOLDEX

LOT. 154
155

Moldex-Metric AG & Co. KG - Ebweg 1a - 2991 LS Barendrecht - Netherlands

Ministerie van VWS / UBR|HIS
Postbus 20011
2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Datum	01-04-2020
Klantnummer	340000128
BTW-nummer	
Ordernr. Moldex	5.1.5
Leveranciersnr.	
Ordernr. Klant	5.1.5
Orderdatum	01-04-2020
Besteld door	
Cust. Service	5.1.2e
Telefoon	5.1.2e
Email	5.1.2e nl.moldex-europe.com

06 10 91 613

Pakbon 341000662

Reg.	Orderinformatie		Verz. hoev.	Eenh	Kartons	Nettogewicht	Totaal gewicht
10	240015	FFP2 NR D Classic	8640	st	36	103,6 Kg	147,6 Kg
	.						
	Origin	CZ HS 63079098					
	EAN	401944400608 6					
20	240515	FFP2 NR D Classic ventiel	3360	st	14	53,7 Kg	70,0 Kg
	.						
	Origin	CZ HS 63079098					
	EAN	401944400631 4					

Verzenden-aan adres
5.1.2h
5.1.2h
5.1.2h

Kartons	Nettogewicht	Bruttogewicht
50	157,4 Kg	217,6 Kg

Leveringscondities 5.1.2h
Vervoerder/LDV Schenker

Moldex-Metric AG & Co. KG
Adem- en Gehoorbescherming
Bank 5.1.5
BIC: 5.1.5
IBAN: 5.1.5
BTW Nr.: NL 5.1.5

Ebweg 1a
2991 LS Barendrecht
NEDERLAND
Hoofdvestiging:
Tübinger Straße 50
72141 Walddorfhaslach, Germany

Telefoon +31 5.1.2e
5.1.2e nl.moldex-europe.com
www.moldex-europe.com
K.v.K. Rotterdam: 24282993
Gecertificeerd volgens EN ISO 9001:2015
Lid van WVGW en Febelsafe