3057 - 23302
39670

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger: 5.1.2e

Datum: 3-4-2020

Artikelnummer: 958

Lotnummer 155

Inkooporder nummer 39648

Aantal inkooporder/pakbon

Aantal pallets	1
Totaal stuks	3360
Aantal per pallet	3360
Aantal per doos	240
Aantal per verpakkingseenheid	20

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon **JA / NEE**

Zo niet **Telling bevestigd door** Naam:

Paraaf:

Aantal afgehaald voor controle	60
Verpakt per	20

Kwaliteitscontrole RIVM **JA / NEE**

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

Lotnummers 154 + 155 horen bij elkaar
ALLEEN EEN ANDERE productiedatum.

Ref 3057-23302

1678141

MOLDEX

LOT. 154
155

Moldex-Metric AG & Co. KG - Ebweg 1a - 2991 LS Barendrecht - Netherlands

Ministerie van VWS / UBR|HIS
Postbus 20011
2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Datum 01-04-2020
Klantnummer 5.1.5
BTW-nummer
Ordernr. Moldex 5.1.5
Leveranciersnr.
Ordernr. Klant 5.1.5
Orderdatum 01-04-2020
Besteld door
Cust. Service 5.1.2e
Telefoon 5.1.2e
Email [redacted]nl.moldex-europe.com

06 10 16

Pakbon 341000662

Reg.	Orderinformatie		Verz. hoev.	Eenh	Kartons	Nettogewicht	Totaal gewicht
10	**240015**	FFP2 NR D Classic	8640	st	36	103,6 Kg	147,6 K
	Origin	CZ HS 63079098					
	EAN	401944400608 6					
20	**240515**	FFP2 NR D Classic ventiel	3360	st	14	53,7 Kg	70,0 K
	Origin	CZ HS 63079098					
	EAN	401944400631 4					

Verzenden-aan adres
5.1.2h
5.1.2h
5.1.2h

Kartons	Nettogewicht	Bruttogewicht
50	157,4 Kg	217,6 K

Leveringscondities 5.1.2h Delivered At Place
Vervoerder/LDV Schenker

Moldex-Metric AG & Co. KG
Adem- en Gehoorbescherming
Bank: Deutsche Bank
BIC: 5.1.5
IBAN: 5.1.5
BTW.Nr. 5.1.5

Ebweg 1a
2991 LS Barendrecht
NEDERLAND
Hoofdvestiging:
Tübinger Straße 50
72141 Walddorfhäslach, Germany

Telefoon +31 5.1.2e
[redacted]nl.moldex-europe.com
www.moldex-europe.com
K.v.K. Rotterdam: 24282993
Gecertificeerd volgens EN ISO 9001:2015
Lid van VWGW en Febelsafe

Particle Penetration by Kalibra

Inkoopnummer	NA	LOT-nummer	155
Datum	03 Apr 2020		
Productnaam	N.A		
Leverancier	Moldex		
Type mondmasker	FFp 2		

	Gemiddelde rendement	Pass or Faill t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	98,4	Pass for P2
Masker 2	98,5	Pass for P2
Masker 3	95,6	Pass for P2
Totaal gemiddelde	97,5	Pass for P2

Eindoordeel (P1/P2/P3)
Voldoet aan P2

Fittest [redacted]

Datum:

Inkoopnummer	
Lotnummer	155
Productnaam	
Leverancier	MOLDEX
Type mondmasker	

FF Pass Level	100
FFP2 **(JA/NEEN)**	JA

5.1.2e

	Score	
Gebruiker:	Zonder clip:	Met clip: ~~Knoop~~
5.1.2e		192
5.1.2e		197

Opmerkingen tijdens gebruik:

	Met clip	Zonder clip
Algemeen: (ruim, krap, etc)		
Verschuift bij Up & Down / Bending?		
Is één clip voldoende?		
Overige:		

Eindbeoordelingsformulier

Datum	03-04-2020
Inkoopnummer	155
Lotnummer	moldex
Leverancier	moldex
Productnaam of naam fabrikant	
Productiedatum	FFP2
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	FFP2

	+	+/-	-
Oordeel RIVM	+		
Oordeel AH/TOXI	+		
Algemene bevindingen:			

	Testgemiddelde
Particle Penetration	97,5%
Algemene bevindingen:	

	FF Pass Level	
	Zonder clip	Met ~~clip~~ knoop
Test 1		192
Test 2		197
Gemiddelde		
FFP2 (Ja/Nee)		

Versturen? (JA/NEEN/ONHOLD)	FF2
Arrtikelnummer VWS:	958
Algemene bevindingen:	5.1.2e

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer		**LOT-nummer**	155 /3360
Datum uitvoering check	3/4/2020		
Leveringsdatum	1/4/2020		
Leverancier	Moldex		
Productnaam of naam fabrikant	FFP2 NR D Classic Ventiel		
Productiedatum	?		
Naam	5.1.2e		
Functie	5.1.2e		
Besproken met RIVM			

Advies:

Type masker bij uitgifte:

Werkwijze:
RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Declaration of conformity aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Oordeel van RIVM		

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygienisten	Documentatie + Pasvorm redelijk goed. Penetratietest + Fittest zeer bepalend. Als voldoet, dan masker prima

	BINNENDOOS/PLASTICZAK			
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak?	20		
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	☒ Integriteit in orde ☐ Integriteit niet in orde, omdat: ☐ Extra stickers opgeplakt, nl:		
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak?	FFP2 NR D Classic. 2405-15		
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak?	Moldex		
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak?	☐ Ja	☐ Nee	
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak?	☒ EN 149 (FFP) ☐ N95 ☐ KN95 ☐ P2 (Australia) ☐ KMOEL- 2017-64 Korea ☐ DS (Japan JMHLW-- ☐ EN 14683 (Surgical) ☐ Y 0469-2011 (Surgical) ☐ YY/T 0969 (Face mask) ☐ GB2626-2006 ☒ Anders:... FFP2 NR D ☐ Geen		
7	Is er een instructie bijgeleverd?	☒ Staat op de doos ☒ Los in de doos ☐ Ontbreekt		
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak?	☒ Ja	☐ Nee	☒ N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op *binnendoos/plasticzak* (shelf life max. 5 jaar)	☒ Ja 20.02.25 9175 Prod nr: 200001428	☐ Nee	

	HET MASKER			
1	Algemene indruk masker?	☒ Integriteit in orde ☐ Integriteit niet in orde, omdat:		
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos?	☒ Ja ☐ Ontbreekt ☐ Nee, het volgende wijkt af:		
3	Wat staat er op het masker:	CE 0121 EN 149:2001 Modelex: 2405+. EAC. TP TC 019/2011		
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat?	☒ Ja	☐ Nee	☒ N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat?	☒ Ja	☐ Nee	☐ N.v.t.
4	Is de stof is non woven?	☒ Ja Binnenvel.	☒ Nee buitenzijde (grijs)	
5	Aantal lagen van het masker:	☒ 1. (in: wijs)	☒ 2 met blow	☒ 3 met blow ☒ 4 uit: (grijs) ☐ 5
6	Heeft het masker een nare geur?	☐ Ja	☒ Nee	
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd?	☒ Met hoofdbanden ; door lus oppakken. ☐ Met oor elastieken ☐ Losse touwtjes		
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast?	☐ Erop gestanst ☐ Erin gestanst ☐ Gelijmd ☐ Genaaid ☐ Vast d.m.v.	Dmv lus op masker is het elastiek gehaald.	
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken?	☒ Goed stevig vast ☐ Bij een keer dragen geen probleem ☐ Bij extra kracht laat het los		
10	Neusstuk	☐ Metaal in de stof ☐ Metaal aan de buitenlant ☐ Met filterdoek afgedekt ☐ Rubber strip ☒ niet ; voel goed voorgevormd		

Bijzonderheden:

	DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT	
1	Hoe past het masker op het gezicht?	☑ Goed ; beetje ruimte bij kin ☐ Ruimte bij de kin ☐ Ruimte bij neusstuk na aandrukken ☐ Slechte aansluiting bij wangen ☐
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	☐ Niet ☐ Neus ☒ Kin ☐ Zijkant ☐ N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	☐ Ja ☑ Nee ☐ N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	☒ Masker blijft op zijn plek ☐ Masker verschuift ☐

Bijzonderheden: