Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

Datum	8-6-2020
Lotnummer	1450
Leverancier/LCH-nummer	
Productnaam of naam fabrikant	Lanbing
Productiedatum	16/9/2020
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	FFP2

Q1 Particle Penetration 0,3	Percentage	Type P1/P2/P3
Masker 1	98%	P2
Masker 2	99%	P2
Masker 3	98%.	P2

Q2 Fittest	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	— remim	28
Testpersoon 2	81	200 +
Testpersoon 3	116.	12
FFP2	☐ FAIL ☐ PASS	

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM		+/-	
Oordeel AH/TOXI	+		

Artikelnummer VWS	Quality Check
958.	☒ Goedgekeurd ☐ Afkeur

Algemene bevindingen: ~~Geen~~ Normwaarden incorrect (zie RIVM oordeel)

Logistiek	Aankruisen	Classificatie	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
				PFE	FIT
Mand 1		Goedkeur: FFP2		>94%	>100
Mand 2	X	Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT	nee	>94%	33<FIT<100
Mand 3		Afkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit*		80%<PFE<94%	>100
Mand 4		Afkeur: FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT (Q57)		80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		>94%	<33
Mand 6		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		80%<PFE<94%	<33
Mand 7		Afkeur: Niet gebruiken		< 80	Ongeacht fit

* ingekocht FFP1 in mand 3 boeken als goedkeur

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer		**LOT-nummer**	1450.
Datum uitvoering check	8-6-20.		
Leveringsdatum			
Leverancier			
Productnaam of naam fabrikant	FFP2 mond		
Productiedatum	16-4-20		
Naam	5.1.2e		
Functie	5.1.2e		
Besproken met RIVM	5.1.2e		

Advies:

Type masker bij uitgifte:

FFP2.

Werkwijze:
RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Declaration of conformity aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Oordeel van RIVM	EN14C 2001 op verpakking en masker. CE met niet gecertificeerde NoBO (1202). Geen NOBO nr., fabrikant/type op masker vermeldt - wel exp date.	

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygienisten	- goed masker - heel dun.

	BINNENDOOS/PLASTICZAK			
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak?	20		
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	☒ Integriteit in orde ☐ Integriteit niet in orde, omdat: ☐ Extra stickers opgeplakt, nl:		
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak?	FFP2 mond.		
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak?	Canline		
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak?	☒ Ja	☐ Nee	
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak?	☒ EN 149 (FFP) ☐ N95 ☐ KN95 ☐ P2 (Australia) ☐ KMOEL- 2017-64 Korea ☐ DS (Japan JMHLW-- ☐ EN 14683 (Surgical) ☐ YY 0469-2011 (Surgical) ☐ YY/T 0969 (Face mask) ☐ GB2626-2006 ☐ Anders:.... ☐ Geen		
7	Is er een instructie bijgeleverd?	☒ Staat op de doos ☐ Los in de doos ☐ Ontbreekt		
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak?	☒ Ja	☐ Nee	☒ N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op *binnendoos/plasticzak* (shelf life max. 5 jaar)	☒ Ja	☐ Nee	

BFE ≥99%.

Bijzonderheden:

	VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER		
1	Zit er verpakking om het masker?	☒ Ja	☐ Nee
	Zo ja:		
2	Hoe is de verpakking te openen?	☒ Gemakkelijk ☐ Lastig ☐ Moeilijk	
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	☐ Ja ☐ Nee, het volgende wijkt af:	

Bijzonderheden:

	HET MASKER				
1	Algemene indruk masker?	☐ Integriteit in orde ☐ Integriteit niet in orde, omdat:			
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos?	☐ Ja ☐ Ontbreekt ☐ Nee, het volgende wijkt af:			
3	Wat staat er op het masker:	CE FFP2 EN 149:2001 + A1:2009.			
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat?	☐ Ja	☐ Nee	☐ N.v.t.	
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat?	☒ Ja	☐ Nee	☐ N.v.t.	
4	Is de stof is non woven?	☒ Ja	☐ Nee		
5	Aantal lagen van het masker:	☐ 1	☐ 2	☒ 3	☐ 4	☐ 5
6	Heeft het masker een nare geur?	☐ Ja	☒ Nee		
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd?	☐ Met hoofdbanden ☒ Met oor elastieken ☐ Losse touwtjes			
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast?	☒ Erop gestanst ☐ Erin gestanst ☐ Gelijmd ☐ Genaaid ☐ Vast d.m.v.			
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken?	☒ Goed stevig vast ☐ Bij een keer dragen geen probleem ☐ Bij extra kracht laat het los			
10	Neusstuk	☐ Metaal in de stof ☒ Kunststof met metalen kern in de stof ☐ Kunststof in de stof ☐ Metaal aan de buitenkant ☐ Met filterdoek afgedekt ☐ Rubber strip ☐			

Bijzonderheden:

- dun masker.

	DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT	
1	Hoe past het masker op het gezicht?	☒ Goed ☐ Ruimte bij de kin ☐ Ruimte bij neusstuk na aandrukken ☐ Slechte aansluiting bij wangen ☐
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	☐ Niet ☐ Neus ☐ Kin ☐ Zijkant ☐ N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	☐ Ja ☒ Nee ☐ N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	☐ Masker blijft op zijn plek ☒ Masker verschuift ☐
5	Behoudt de neusklem zijn vorm gedurende circa 1 min?	☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t.
6	Chirurgisch masker: Wat is de hoogte van het masker wanneer deze uitgevouwen is?	
7	Chirurgisch masker: wat is de lengte van de neusklem?	

	Bij een chirurgisch masker		
Doos	**Materiaal neusbeugel**	**Breedte neusbeugel**	**Lengte van het uitgeklapte masker**
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Bijzonderheden:

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Fittest by RIVM

Datum	8-6-20
LOT/X-nummer	107450

Fit factor real time test < 10	☒ Ja, test alleen met Clip	☐ Nee, test zonder en met clip of kam

	Zonder clip of kam		Met clip of kam	
Tester:	Opmerkingen	Score	Opmerkingen	Score
5.1.2e	Te ruim	–		28
2 5.1.2e (2)		21		200+
3. 5.1.2e (3)		116		12
4.				
Algemeen: (ruim, krap, etc)				
Verschuift bij Up & Down/Bending?	een beetje			Ja
			Is één clip voldoende?	Ja

Extra opmerkingen (eventueel met pijlen waar lekkage is)

Type FFP Masker	
Fit test **(FAIL of PASS)**	pass

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

1678165

Particle Penetration by Kalibra

Datum	8 juni 2020
Inkoopnummer	300.334
LOT/X-nummer	1450

Q1 Particle Penetration	Gemiddelde rendement ≥ 0,3	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	98%	Pass P2
Masker 2	97%	Pass P2
Masker 3	98%	Pass P2

Ademweerstand:

	Gemeten (< Pa)	Eis (< Pa)	Conclusie
Masker 1	33 Pa	< 240 Pa	Pass
Masker 2	41 Pa		Pass
Masker 3	39 Pa		Pass

Eindoordeel ≥ 0,3:

Beoordeling op basis van masker met het laagste filterrendement.

- ☐ fail
- ☐ voldoet P1
- ☑ voldoet aan P2
- ☐ voldoet aan P3

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger: 5.1.2e Datum: 5-6-20

Aantal inkooporder/pakbon Lotnummer 1450

Aantal pallets	5
Totaal stuks	47.200
Aantal samples	60
Totaal aantal na samples	47.140

Aantal per pallet	9600
Aantal per doos	800
Aantal per verpakkingseenheid	20

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon **JA / NEE**

Zo niet **Telling bevestigd door** Naam:

Paraaf:

Artikelnummer: 972 Inkooporder nummer 300334

LCH-nummer LCH2020-0012-10

Kwaliteitscontrole RIVM **JA / NEE**

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden: Combi met Lot 1450 + 1451

Locatie: 018 - 092 - 01 ingeboekt door:

t/m 018 - 100 - 01

1 1

Exemplaire pour expéditeur
Exemplaar voor afzender
Exemplar für Absender

LETTRE DE VOITURE - DOCUMENT DE TRANSPORT
VRACHTBRIEF - VERVOERDOCUMENT
FRACHTBRIEF - TRANSPORTDOKUMENT

CMR AVC-2002

Code transporteur / Vervoerderscode / Code Frachtführer No Nr 023010

1 Expéditeur (nom, adresse, pays) / Afzender (naam, adres, land)
Absender (Name, Anschrift, Land)

Bos Rotterdam
Vareseweg 111
NL-3047 AT Rotterdam

Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in twee verschillende landen zijn het CMR-Verdrag alsmede in aanvulling daarop de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing.

NL 120073845/2

Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in Nederland zijn de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing.
De Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, zijn door Stichting Vervoerdas gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

2 Destinataire (nom, adresse, pays) / Geadresseerde (naam, adres, land)
Empfänger (Name, Anschrift, Land)

Mediq p/a 5.1.2h
5.1.2h
5.1.2h

16 Transporteur (nom, adresse, pays) / Vervoerder (naam, adres, land)
Frachtführer (Name, Anschrift, Land)

Bos Logistics B.V.
Reykjavikweg 2
NL-1118 LK Luchthaven Schiphol

3 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays) / Plaats (bestemd) voor de aflevering der goederen (plaats, land) / Auslieferungsort des Gutes (Ort, Land)

4-6-2020
04:00:00 5.1.2h
23:00:00 Nederland

17 Transporteurs successifs (nom, adresse, pays) / Opvolgende vervoerders (naam, adres, land)
Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land)

4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date) / Plaats en dat. v. inontvangstneming der goederen (plaats, land, datum) / Ort und Tag der Übernahme des Gutes (Ort, Land, Datum)

04-06-2020 Rotterdam
00:00:00 Nederland
06:00:00 4-6-2020

5 Documents annexés / Bijgevoegde documenten
Beigefügte Dokumente

18 Réserves et observations du transporteur / Voorbehoud en opmerkingen van de vervoerder
Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers

Trailer **O171 / OJ-01-KD / Box trailer Klep C**

6 Marques et numéros / Merken en nummers / Kennzeichen und Nummern	7 Nombre de colis / Aantal colli / Anzahl der Packstücke	8 Mode d'emballage / Wijze van verpakking / Art der Verpackung	9 Nature de la marchandise / Aard der goederen / Bezeichnung des Gutes	10 No statistique / Statistisch nummer / Statistiknummer	11 Poids brut, kg / Bruto gewicht in kg / Bruttogewicht in kg	12 Cubage m3 / Volume in m3 / Umfang in m3
	1 Trailer		TRUCK 12		1 kg **1 kg**	

3 PALLETS LCH 2020-0092-13

A: 12:40

V13:20 2[illegible]P LCH 2020-0012-08 3 KOOR EL KAAR OP PALLETS GEMIXT
2020-0012-10

15 Si y compris et / Inbegrepen einschließlich

Les parties ci-dessus de la lignes grasses doivent être remplies par le transporteur / De dik omlijnde vakken moeten ingevuld worden door de vervoerder / Die mit fett gedruckten Linien angestrichenen Rubriken müssen vom Frachtführer ausgefüllt werden

Model IRU / Auteursrecht Stichting Vervoeradres - 's-Gravenhage

19 Conventions particulières / Speciale overeenkomsten
Besondere Vereinbarungen

Laadref.: TRUCK 12

LOS Ref =

LCH 2020-0012-08 /10

20 A payer par / Te betalen door / Zahlbar durch

Prix de transport / Vervoerprijs / Frachtpreis
Réductions / Verminderingen / Ermäßigungen
Solde / Saldo / Zwischensumme
Suppléments / Toeslagen / Zuschläge

5.1.2h

5.1.2e

Marchandises reçues / Goederen ontvangen
Empfangen

Le / de
Am

JUN '20 13:19

5.1.2e

Arrivé / Aangekomen / Ankunft

Bos Rotterdam

O171 / OJ-01-KD / Box trailer Klep C

Signature et timbre de l'expéditeur / Handtekening en stempel van de afzender / Unterschrift und Stempel des Absenders

Timbre du transporteur / Stempel van de vervoerder / Stempel des Frachtführers

versie 3.3