

Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

Datum	30-06-2020
Lotnummer	18972
Leverancier/LCH-nummer	2020-0154-01 LOS
Productnaam of naam fabrikant	Shandong
Productiedatum	12-06
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	FFP2

Q1 Particle Penetration 0,3	Percentage	Type P1/P2/P3
Masker 1	93	
Masker 2	99	
Masker 3	93	

Q2 Fittest	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	-	86 200
Testpersoon 2	-	46 59
Testpersoon 3	-	120 47
FFP2	<input checked="" type="checkbox"/> FAIL <input type="checkbox"/> PASS	

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-

Artikelnummer VWS	Quality Check
<input type="checkbox"/> 957 (FFP1)	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd
<input checked="" type="checkbox"/> 958 (FFP2)	<input checked="" type="checkbox"/> Afkeur
<input type="checkbox"/> 971 (KN95)	
Algemene bevindingen: Gefacee handend masker. Dit kan ingeademd worden. Gezondheidsrisico is onacceptabel	

Logistiek	Aankruisen	Classificatie	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
				PFE	FIT
Mand 1		Goedkeur: FFP2		>94%	>100
Mand 2		Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT		>94%	33<FIT<100
Mand 3		Afkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit*		80%<PFE<94%	>100
Mand 4		Afkeur: FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT (Q57)		80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		>94%	<33
Mand 6		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		80%<PFE<94%	<33
Mand 7	X	Afkeur: Niet gebruiken		< 80	Ongeacht fit

* ingekocht FFP1 in mand 3 boeken als goedkeur

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer		LOT-nummer	1957
Datum uitvoering check	2-7-2020		
Leveringsdatum			
Leverancier			
Productnaam of naam fabrikant			
Productiedatum			
Naam	5.1.2e		
Functie	5.1.2e		
Besproken met RIVM			
Advies: Type masker bij uitgifte: AFKEUR			

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM	- N>30 niet geschikt voor FFP maskers	

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënisten	Volgens verpakking niet goed houdend => onvoldoende onderbanning dat mist los kan komen en ingedemd kan worden
----------------------------	---

Conclusie: onacceptabel 1
 gezondheidsrisico

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER		
1	Zit er verpakking om het masker?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
	Zo ja:	<i>om 2 maskers</i>
2	Hoe is de verpakking te openen?	<input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:

Bijzonderheden:

LCH & WMS use only

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT			
1	Hoe past het masker op het gezicht?	<input type="checkbox"/> Goed <input checked="" type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input checked="" type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/>	
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	<input type="checkbox"/> Niet <input checked="" type="checkbox"/> Neus <input checked="" type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)	
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	<input checked="" type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/>	
5	Behoudt de neusklem zijn vorm gedurende circa 1 min?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
6	Chirurgisch masker: Wat is de hoogte van het masker wanneer deze uitgevouwen is?		
7	Chirurgisch masker: wat is de lengte van de neusklem?		
Bij een chirurgisch masker			
Doos	Materiaal neusbeugel	Breedte neusbeugel	Lengte van het uitgeklapte masker
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Bijzonderheden:

Particle Penetration by Kalibra

Datum	2-7-2020
Inkoopnummer	305261
LOT/X-nummer	1897

Q1 Particle Penetration	Gemiddelde rendement $\geq 0,3$	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	98%	Pass P2
Masker 2	99%	Pass P3
Masker 3	98%	Pass P3

Ademweerstand:

	Gemeten (< Pa)	Eis (< Pa)	Conclusie
Masker 1	74	< 240 Pa	Pass
Masker 2	104		Pass
Masker 3	63		Pass

Eindoordeel $\geq 0,3$:

Beoordeling op basis van masker met het laagste filterrendement.


- fail
 voldoet P1
 voldoet aan P2
 voldoet aan P3

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Fittest by RIVM

Datum	12-07-2020
LOT/X-nummer	18 97

Fit factor real time test < 10	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, test alleen met Clip	<input type="checkbox"/> Nee, test zonder en met clip of kam
--------------------------------	--	--

Testnr	Zonder clip of kam		Met clip of kam		
	Opmerkingen	Score	Opmerkingen	Score	
1. 5.1.2e	(doos 1)			86	
2. 5.1.2e	(doos 2)			48	
3. 5.1.2e	(doos 3)			128	
4. _____					
Algemeen: (ruim, krap, etc)					
Verschuift bij Up & Down/Bending?					
				Is één clip voldoende?	ja
Extra opmerkingen (eventueel met pijlen waar lekkage is)					
 <p>goede pasvorm Maar neusbrug is te dun/zacht - buigt uit -</p>					

Type FFP Masker	
Fit test (FAIL of PASS)	

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.



Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

29-6-2020

Aantal inkooporder/pakbon

Lotnummer

1897

Relief

Aantal pallets

286/120 28

Totaal stuks

286/120 286 560

Aantal samples

120

Totaal aantal na samples

286 440

u47

Aantal per pallet

10240

Aantal per doos

640

Aantal per verpakkingseenheid

40

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

Artikelnummer:

958

Inkooporder nummer

305261

LCH-nummer

2020-0154-01 L05

*12-6-2023
EXP*

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

Locatie:

*25
25-44-2
+1m
25-88-2*

ingeboekt door:

Model IRU / Auteursrecht sVa / Stichting Vervoeradres - 's-Gravenhage

www.beurtvaartadres.nl

Tel. 5.1.2e

Uitgave Beurtvaartadres

Art. 3002

versie 3.2

2

Exemplaire pour destinataire Exemplaar voor geadresseerde Exemplar für Empfänger		LETTRE DE VOITURE - DOCUMENT DE TRANSPORT VRACHTBRIEF - VERVOERDOCUMENT FRACHTBRIEF - TRANSPORTDOKUMENT		Code transporteur Vervoerderscode Code Frachtführer		No Nr 12909	
1 Expéditeur (nom, adresse, pays) / Afzender (naam, adres, land) KLM Schiphol				Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in twee verschillende landen zijn het CMR-Verdrag alsmede in aanvulling daarop de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing. NL			
2 [Redacted] (res, land) 5.1.2h [Redacted] 5.1.2h				16 Transporteur (nom, adresse, pays) / Vervoerder (naam, adres, land) Frachtführer (Name, Anschrift, Land) Rietkraag 9 - 3411 GN Lopik - NL Mobiel: 5.1.2e 1.2i Functionele emailaddresse @gmail.com			
3 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays) / Plaats (bestemd) voor de aflevering der goederen (plaats, land) / Auslieferungsort des Gutes (Ort, Land) 5.1.2h				17 Transporteurs successifs (nom, adresse, pays) / Opvolgende vervoerders (naam, adres, land) Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land)			
4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date) / Plaats en dat. v. inontvangstneming der goederen (plaats, land, datum) / Ort und Tag der Übernahme des Gutes (Ort, Land, Datum) Schiphol 29-06-2020				18 Réserves et observations du transporteur / Voorbehoud en opmerkingen van de vervoerder Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers			
5 Documents annexés / Bijgevoegde documenten Beigefügte Dokumente							
6 Marques et numéros / Merken en nummers Kenszeichen und Nummern		7 Nombre de colis / Aantal colli Anzahl der Packstücke		8 Mode d'emballage / Wijze van verpakking Art der Verpackung		9 Nature de la marchandise / Aard der goederen Beschreibung des Gutes	
				10 No statif/age / Statief/age nummer / Statiefnummer		11 Poids brut, kg / Bruto gewicht in kg / Bruttogewicht in kg	
						12 Ombog m3 / Volume in m3 Umlang in m3	
30 Europallets medische goederen							
-0743648 5131 - LCH 2020-0209-02 -> 2 pallets							
-0743648 5562 - LCH - 2020 - 0154 -> 28 pallets							
13 Instructions de l'expéditeur / Instructies afzender Anweisungen des Absenders regelm: 353 8779				19 Conventions particulières / Speciale overeenkomsten Besondere Vereinbarungen 29 JUN '20 14:23			
14 Prescriptions d'affranchissement / Frankeringsvoorschrift Frachtzahlungsanweisungen <input type="checkbox"/> Franco / Frei <input type="checkbox"/> Non franco / Niet/franco / Unfrei				20 A payer par / Te betalen door / Zu zahlen vom: Expéditeur / Afzender Absender Monnaie / Gelksoort Währung Discutaire / Geadresseerde Empfänger			
21 Etablie à / Opgemaakt te Ausgefertigt in Schiphol le / de am 29-06-2020				25 Remboursement / Rückerstattung			
22 [Redacted] 5.1.2e		23 BXNF-02 [Redacted] 5.1.2e		24 Marchandises reçues / Goederen ontvangen Gut empfangen Lieu / Plaats Ort le / de am			



LA 4Z

Signature et timbre de l'expéditeur / Handtekening en stempel van de afzender / Unterschrift und Stempel des Absenders

Signature et timbre du transporteur / Handtekening en stempel van de vervoerder / Unterschrift und Stempel des Frachtführers

Signature et timbre du destinataire / Handtekening en stempel van de geadresseerde / Unterschrift und Stempel des Empfängers



Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger: 5.1.2e

Datum: 29-6-2020

Aantal inkooporder/pakbon

Lotnummer 1897

Relief

Aantal pallets 286/1120 28

Totaal stuks 286/1120 286 560

Aantal samples 120

Totaal aantal na samples 286 440

447

Aantal per pallet	10240
Aantal per doos	640
Aantal per verpakkingseenheid	40

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon JA / NEE

Zo niet Telling bevestigd door Naam: _____
 Paraaf: _____

Artikelnummer: 958 Inkooporder nummer 305261

LCH-nummer 2020-0154-01 L05

12-6-2023
EXP

Kwaliteitscontrole RIVM JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

Locatie: 25 - 44 - 2
+ / m
25 - 08 - 7

ingeboekt door: