

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @pamm.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl];
 [redacted] 5.1.2e @labmicta.nl [redacted] 5.1.2e @labmicta.nl]
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Sat 7/4/2020 10:53:47 AM
Subject: FW: Specificiteitsissues BD Max testkits
Received: Sat 7/4/2020 10:53:49 AM
[Draft BD rapport.docx](#)
[BD Max resultaten met Viasure. BioGX en BD SARS-CoV-2 tests geanonimiseerd.xlsx](#)
[Verwachte resultaten specificiteits & sensitiviteits panel SARS-CoV-2 - ronde 4b - revisie 2.pdf](#)
[Instructie PCR runcontrole specificiteits & sensitiviteits panel SARS-CoV-2 - ronde 4b - revisie 1.pdf](#)

Beste iedereen,

Aangezien de problematiek rondom de BD MAX testkits inmiddels al een geruime tijd in beeld is, zou ik graag een gesprek opzetten met [redacted] 5.1.2e van BD. Binnenkort begint de vakantieperiode en zal het ongetwijfeld steeds lastiger worden om een dergelijk gesprek te kunnen voeren.

Ook [redacted] 5.1.2e dus indien mogelijk zou ik graag voor die tijd een Zoom meeting opzetten met ons allen + BD.

Ik snap dat het kortdag is, maar zouden jullie de datumprikker willen invullen? Dan kan er een vergadering worden opgezet.
<https://datumprikker.nl/>, [redacted] 5.1.2h

@ [redacted] 5.1.2e zou jij [redacted] 5.1.2e hierover willen contacten?

Bijgevoegd de Excel sheet met de instructies voor de gebruikte panels, de verwachte resultaten, alle gevonden data van de 5 participerende laboratoria (geanonimiseerd, zodat het in dit format besproken kan worden met BD) en de draft van het BD rapport.

Groeten,

[redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.5 <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>

Verzonden op: vrijdag 3 juli 2020 16:44

Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @pamm.nl>

Onderwerp: RE: Specificiteitsissues BD Max testkits

Zou jij dan misschien een uitnodiging willen sturen naar [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e en mij?

Hier is eventueel een datumprikker voor ma-wo

<https://datumprikker.nl/>, [redacted] 5.1.2h

Bijgevoegd de excel sheet met de instructies voor de gebruikte panels, de verwachte resultaten, alle gevonden data van de 5 participerende laboratoria en de draft van het rapport.

Ik wil de uitnodiging ook wel verzenden. Zou je dan [redacted] 5.1.2e zijn email door willen geven?

Groeten,

[redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @pamm.nl>

Verzonden: vrijdag 3 juli 2020 14:17

Aan: [redacted] 5.1.5 <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>

Onderwerp: RE: Specificiteitsissues BD Max testkits

Hoi [redacted] 5.1.2e

Zoom inderdaad. Met 5.1.2e erbij lijkt me ook goed. Misschien dan woensdag of dinsdag een meeting als 5.1.2e er nog bij is. Lijkt me goed dat 5.1.2e ook aansluit.

Groet 5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
T. 5.1.2e | E. 5.1.2e @pamm.nl



kijkt verder

Laboratoria voor pathologie
en medische microbiologie

De Run 6250 | 5504 DL Veldhoven
Postbus 2 | 5500 AA Veldhoven
PAMM.NL

Van: 5.1.5 [5.1.2e @rivm.nl]

Verzonden: vrijdag 3 juli 2020 13:01

Aan: 5.1.2e

CC: 5.1.2e

Onderwerp: RE: Specificiteitsissues BD Max testkits

Hoi 5.1.2e

Goed punt. Hoe zie jij dit voor je? Een zoom meeting (oid) met ons drieën? Of nog met 5.1.2e erbij? 5.1.2e
5.1.2e dus grote kans dat hij 5.1.2e geen tijd meer heeft.

@ 5.1.2e heb jij hier evt ruimte voor?

Groeten,

5.1.2e

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @pamm.nl >

Verzonden: vrijdag 3 juli 2020 11:39

Aan: 5.1.5 < 5.1.2e @rivm.nl >

Onderwerp: RE: Specificiteitsissues BD Max testkits

Beste 5.1.2e

Door drukte nog niet volledig nagelezen, maar is het niet een idee om BD (5.1.2e) uit te nodigen voor een gesprek, want nu staat er eigenlijk als conclusie dat de BD SARS-CoV-2 kit niet gebruikt kan worden voor covid19 diagnostiek. Denk dat we ze dit wel van tevoren moeten melden.

Groet 5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e | 5.1.2e
5.1.2e
T: 5.1.2e | E: 5.1.2e @pamm.nl



kijkt verder

Laboratoria voor pathologie
en medische microbiologie

De Run 6250 | 5504 DL Veldhoven
Postbus 2 | 5500 AA Veldhoven
PAMM.NL

Van: 5.1.5 | 5.1.2e @rivm.nl

Verzonden: vrijdag 3 juli 2020 11:12

Aan: 5.1.2e @adrz.nl; 5.1.2e @viecuri.nl; 5.1.2e ; 5.1.2e @mambz.nl; 5.1.2e
(5.1.2e @labmicta.nl); 5.1.2e ; 5.1.2e @jbz.nl; 5.1.2e @jbz.nl; 5.1.2e ,
5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e @ysl.nl'

CC: 5.1.2e

Onderwerp: RE: Specificiteitsissues BD Max testkits

Beste collega's,

Graag zou ik volgende week vrijdag (10-7) het rapport verzenden naar het Nederlandse netwerk van SARS-CoV-2 diagnostische laboratoria.

Het is belangrijk dat deze laboratoria goed geïnformeerd zijn over de beschikbare tests en hun eventuele tekortkomingen.

Indien jullie commentaar, aan- en/of opmerkingen hebben (en dit nog niet hebben gegeven) zou ik deze graag vóór woensdag 8-7 17.00u ontvangen. Dan kan ik alle commentaar nog verwerken.

Kijk ook vooral ook naar de eventuele mensen van jullie laboratoria die genoemd moeten worden.

Bijgevoegd de draft.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (IDS)

Afdeling Emergenc en Endemische Virussen (EEV) 5.1.2e

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA, Bilthoven | Nederland

T: 5.1.2e M: 5.1.2e

Van: 5.1.5

Verzonden: donderdag 25 juni 2020 10:59

Aan: 5.1.2e @adrz.nl' < 5.1.2e @adrz.nl>; 5.1.2e @viecuri.nl' < 5.1.2e @viecuri.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @viecuri.nl>; 5.1.2e @mambz.nl' < 5.1.2e @mambz.nl>; 5.1.2e (5.1.2e @labmicta.nl' < 5.1.2e @labmicta.nl>; 5.1.2e @pamm.nl' < 5.1.2e @pamm.nl>; 5.1.2e @pamm.nl' < 5.1.2e @pamm.nl>; 5.1.2e @jbz.nl' < 5.1.2e @jbz.nl>; 5.1.2e @jbz.nl' < 5.1.2e @jbz.nl>; 5.1.2e @yssl.nl' < 5.1.2e @yssl.nl>; 5.1.2e @yssl.nl' < 5.1.2e @yssl.nl>

CC: 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>

Onderwerp: RE: Specificiteitsissues BD Max testkits

Beste collega's,

Een aantal weken terug is het voorlopige rapport over de bevindingen rondom de BD testkits jullie kant op verzonden.

Hopelijk hebben jullie inmiddels tijd gehad om het door te lezen en (eventueel) te voorzien van feedback en benodigde wijzigingen.

Zodra alle feedback is verwerkt, kan er een vergadering met alle betrokken laboratoria worden opgezet.

Graag zou ik het document retour ontvangen indien er op en/of aanmerkingen zijn.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: maandag 8 juni 2020 10:02

Aan: 5.1.2e @adrz.nl' < 5.1.2e @adrz.nl>; 5.1.2e @viecuri.nl' < 5.1.2e @viecuri.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @viecuri.nl>; 5.1.2e @mambz.nl' < 5.1.2e @mambz.nl>; 5.1.2e (5.1.2e @labmicta.nl' < 5.1.2e @labmicta.nl>; 5.1.2e @pamm.nl' < 5.1.2e @pamm.nl>; 5.1.2e @pamm.nl' < 5.1.2e @pamm.nl>; 5.1.2e @jbz.nl' < 5.1.2e @jbz.nl>; 5.1.2e @jbz.nl' < 5.1.2e @jbz.nl>; 5.1.2e @yssl.nl' < 5.1.2e @yssl.nl>; 5.1.2e @yssl.nl' < 5.1.2e @yssl.nl>

CC: 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>

Onderwerp: RE: Specificiteitsissues BD Max testkits

Beste collega's,

Bijgevoegd een voorlopige versie van de rapportage omtrent de BD MAX problematiek.

Graag ontvang ik input over eventuele wijzigingen die doorgevoerd moeten worden voor de definitieve versie.

Daarnaast ook nog de vraag of er per lab nog andere personen genoemd moeten worden dan degene die nu benoemd zijn.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (IDS)
Afdeling Emergenc en Endemische Virussen (EEV) 5.1.2e
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA, Bilthoven | Nederland

T: [redacted] | M: [redacted]

Van: [redacted]

Verzonden: woensdag 20 mei 2020 17:01

Aan: [redacted] <[redacted]@adrz.nl> <[redacted]@adrz.nl>; [redacted] <[redacted]@viecuri.nl> <[redacted]@viecuri.nl>; [redacted] <[redacted]@viecuri.nl>; [redacted] <[redacted]@mambz.nl>; [redacted] <[redacted]@labmicta.nl> <[redacted]@labmicta.nl>; [redacted] <[redacted]@pamm.nl> <[redacted]@pamm.nl>; [redacted] <[redacted]@pamm.nl> <[redacted]@pamm.nl>; [redacted] <[redacted]@pamm.nl>; [redacted] <[redacted]@jbz.nl> <[redacted]@jbz.nl>; [redacted] <[redacted]@jbz.nl> <[redacted]@jbz.nl>; [redacted] <[redacted]@jbsl.nl>; [redacted] <[redacted]@yvl.nl> <[redacted]@yvl.nl>; [redacted] <[redacted]@yvl.nl> <[redacted]@yvl.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl> <[redacted]@rivm.nl>

Onderwerp: RE: Specificiteitsissues BD Max testkits

Beste collega's,

Als eerste wil ik iedereen bedanken voor het faciliteren van deze open communicatie omtrent de uitrol van de SARS-CoV-2 testkits voor de BD Max.

De volgende stap is om voor Nederland de kwaliteit van de BD Max apparatuur en kits voor SARS-CoV-2 diagnostiek vast te leggen en de aanwezige problematiek goed aan te kunnen wijzen. Het uiteindelijke doel is om met BD Max zelf om tafel te kunnen, om te bepalen hoe het platform en de gebruikte kits verbeterd kunnen worden.

[redacted] (LabMicTA/VieCuri) en [redacted] (PAMM) hebben veel werk verzet om de problemen in kaart te brengen. Het voorstel is nu om in een (kort) overleg tussen hen, [redacted] (RIVM) en ik ([redacted], RIVM) de gevonden data uit het veld eerst onderling te bespreken. Dit overleg zal eerst gericht zijn op het vastleggen van de tot nu toe gerapporteerde problematiek. Dan zal een voorselectie gemaakt worden op mogelijke plannen van aanpak.

Hierna nodigen wij vertegenwoordigers van uw laboratoria uit om aan te sluiten bij een vervolgbespreking. De bespreking zal vooral benutted worden om een totaalbeeld te kunnen vormen van de ervaringen van SARS-CoV-2 diagnostiek gebruikers van BD Max in Nederland. In de meeting kan ook de koers worden bepaald van het vervolgtraject. Hierbij hoort ook de vorm en voorwaarden van verslaglegging van onze gezamenlijke bevindingen, hetzij een rapportage of publicatie.

Als laatste willen wij de gezamenlijke bevindingen terugkoppelen met BD Max om samen met hen aan ideeën en oplossingen te werken om de SARS-CoV-2 diagnostiek in (o.a.) Nederland te verbeteren. Bij BD Max is het bekend dat er zich problemen voordoen bij een deel van de laboratoria die hun systeem gebruikt voor SARS-CoV-2 diagnostiek; zij staan open voor een dialoog met de gebruikers.

Zodra er meer duidelijk is uit de voorbespreking tussen [redacted] en mijzelf, zal er een datumprikker volgen met een agenda voor de eerste gezamenlijke meeting tussen alle laboratoria die zijn betrokken bij dit project.

Ik hoop dat iedereen zich in dit plan kan vinden en hierbij voldoende is ingelicht.

Mochten jullie nog vragen, opmerkingen of andere input hebben, schroom niet om contact op te nemen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (IDS)

Afdeling Emergenc en Endemische Virussen (EEV) 5.1.2e

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA, Bilthoven | Nederland

T: 5.1.2e M: 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.5

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

7 - 7

5.1.5