

## PCR 簡易検査キット検証結果証明書

No. 000161

使用検査キット (10)(2g) 社 COVID-19 Detection Kit

採用 PCR 検査機器 TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice® Gradient TP600

使用日時 令和2年5月7日(木) 11:15分

使用場所 第一研究室

担当医 (10)(2e)

使用目的 iONEBIO 社提供の PCR 簡易検査キットによるコロナウイルス陽陰の判断

検査所要時間 16分12秒

結果 **Success**

概要: (10)(2g) 社製造の PCR 簡易検査キットによる検査は当クリニックの医師による使用の結果、一切の異常を認めず正常に作動することが分かった。

令和2年5月7日  
医療法人 心会

飯島

