

To: [redacted] [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @statiagov.com]
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Thur 10/29/2020 9:13:09 AM
Subject: RE: Biosafety cabinet
Received: Thur 10/29/2020 9:13:09 AM

Hoi [redacted] 5.1.2e

Dank voor deze verdere toelichting. We hadden ook al bericht gehad van [redacted] 5.1.2e
 We gaan er verder naar kijken.
 Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e

From: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @statiagov.com>
Sent: donderdag 29 oktober 2020 02:22
To: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @gmail.com>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @statiagov.com>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @sabagov.nl>
Subject: Biosafety cabinet

Beste collega's,

Graag jullie aandacht en advies voor de geleverde biosafety cabinet;

De afgelopen dagen hebben de laboranten van ons zich verdiept in de biosafety cabinet die begin september in gebruik werd genomen.

Zij concluderen dat het gestuurde type cabinet niet zou voldoen om de covid testen daarin voor te bereiden.

Verder vragen zij zich af of de negatieve druk en de ingebouwde filter ook goed functioneren.

De bezorgdheid is groot over de mate van veiligheid van deze cabinet. In aanhechting de handleiding die gestuurd was en een filmpje die ze hebben gemaakt. (aparte email)

Tot het advies van het RIVM, zullen we voorlopig geen covid testen hier uitvoeren.

Hoor graag spoedig.

Groet,

[redacted] 5.1.2e

Kind regards,

[redacted] 5.1.2e
*St. Eustatius Health Care Foundation/
 Public Health Department.
 St. Eustatius/Dutch Caribbean.
 Tel: +599 [redacted] 5.1.2e
 Mob: +599 [redacted] 5.1.2e*