

Bijgaande partij mondkmaskers van het type KN95 is kwalitatief beoordeeld door het RIVM. Bij deze beoordeling is geconstateerd dat de maskers niet voldoen aan de kwaliteitseisen voor een FFP1 of FFP2. Hoewel op de verpakking en op maskers zelf KN95 staat, bieden deze maskers geen bescherming tegen Covid-19.

De kwaliteit is wel voldoende vergelijkbaar met een chirurgisch masker type IIR wat betreft filterefficiency en fit. Er is niet getest op spatdichtheid. Het ministerie van VWS en het RIVM nemen geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze maskers. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvangende partij om te zorgen dat de gebruikers van de maskers op de hoogte zijn dat de bescherming vergelijkbaar is met een chirurgisch masker type IIR.

