

**To:** [redacted] ( [redacted]@minvws.nl); [redacted]@minvws.nl; [redacted] 5.1.2e  
( [redacted] 5.1.2e ) [redacted]@minvws.nl; [redacted] 5.1.2e ) [redacted]@minvws.nl; [redacted] 5.1.2e ) [redacted]@igj.nl  
**From:** [redacted] 5.1.2e )  
**Sent:** Mon 1/18/2021 3:37:39 PM  
**Subject:** FW: verbetering chirurgische mondmaskes.  
**Received:** Mon 1/18/2021 3:37:39 PM

fyi

---

**Van:** [redacted] 5.1.2e )  
**Verzonden:** maandag 18 januari 2021 16:34  
**Aan:** [redacted] 5.1.2e ) < [redacted]@minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e; [redacted] 5.1.2e ) < [redacted]@minvws.nl>  
**CC:** [redacted] 5.1.2e ) < [redacted]@minvws.nl>  
**Onderwerp:** RE: verbetering chirurgische mondmaskes.

[redacted] 5.1.2e

We hebben het idee van Holland Shielding voorgelegd aan het RIVM. Het staat Holland Shielding vanzelfsprekend vrij om dit product als medisch hulpmiddel dan wel persoonlijk beschermingsmiddel op de markt te brengen, maar dan dient het product uiteraard natuurlijk wel te voldoen aan de wet- en regelgeving.

Het RIVM geeft aan dat er veel afhangt van juiste toepassing door de gebruiker. Daarnaast geeft het RIVM ook aan dat, op eerste gezicht, het draagcomfort en de werking matig lijkt te zijn.

Vriendelijke groet

[redacted] 5.1.2e

---

[redacted] 5.1.2e ) < [redacted]@minvws.nl>  
**Verzonden:** zondag 17 januari 2021 13:55  
**Aan:** [redacted] 5.1.2e; [redacted] 5.1.2e ) < [redacted]@minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e ) < [redacted]@minvws.nl>  
**CC:** [redacted] 5.1.2e ) < [redacted]@minvws.nl>  
**Onderwerp:** RE: verbetering chirurgische mondmaskes.

Gaan we naar kijken [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e; [redacted] 5.1.2e ) < [redacted]@minvws.nl>  
[redacted] 5.1.2e ) < [redacted]@minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e ) < [redacted]@minvws.nl>  
[redacted] 5.1.2e ) < [redacted]@minvws.nl>

Dubbel

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e; [redacted] 5.1.2e ) < [redacted]@minvws.nl>

2 - 3

Dubbel