

To: 5.1.2e [5.1.2e@sabagov.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Thur 10/29/2020 1:04:29 PM
Subject: RE: Covid-19 testen.pdf
Received: Thur 10/29/2020 1:04:30 PM

Dit was de reactie van 5.1.2e. Moet ik intern nog afstemmen.
Groeten,

5.1.2e

Best 5.1.2e

Voor de beoogde handeling, een enkelvoudige sample transfer van primaire buis naar Genexpert cartridge volstaat een Class I biosafety cabinet. Een Class II BSC heeft een andere airflow die schone lucht binnen de BSC verstrekt maar is in simpele uitvoering qua BSC identiek aan Class I, beide verzorgen bescherming door de lucht naar binnen te zuigen en gefilterde lucht terug te geven.

De laboratorium ruimte zelf kent weinig ventilatie en is met de prikruimte die deel uitmaakt van de laboratorium ruimte niet optimaal. Personen met mogelijk COVID-19 komen binnen in het lab. Maskers zijn nodig tijdens de prik-uren.

Verder is het eigen personeel inmiddels immuun voor COVID-19 want doorgemaakt, alhoewel het onzeker is hoe lang de immuniteit zal duren en de zeldzame herinfectie is beschreven natuurlijk.

Ik ken niet de formele classificatie van de geleverde cabinets maar op het oog is het een class I met dus voldoende bescherming. Mits goed onderhouden en vrij van storing zijn van de werkzaamheden in deze cabinet geen verhoogd risico voor COVID-19 te duiden. Een verzoek om een class II wat bescherming van het sample zou toevoegen lijkt niet logisch.

vriendelijke groet,

5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@sabagov.nl>
Sent: donderdag 29 oktober 2020 12:37
To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Subject: [Spam] Covid-19 testen.pdf

Het ziekenhuis is bezig een tweede labmedewerker aan te nemen. En deze test is natuurlijk wel erg simple; een van de huisartsen is nagenoeg ook getraind voor noodgevallen.

Zijn 5.1.2e bezig met een antwoord naar Statia?

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Sent: Thursday, October 29, 2020 5:03 AM
To: 5.1.2e <5.1.2e@sabagov.nl>
Subject: RE: Covid-19 testen.pdf

Dat is dan weer geruststellend....anderzijds, als jij weg gaat, hoe dan?

From: 5.1.2e <5.1.2e@sabagov.nl>
Sent: donderdag 29 oktober 2020 00:35
To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Subject: Covid-19 testen.pdf

Jeetje, nee, hier geen problemen. Ik ben zelf getraind, en de enige lab-medewerker.

Get [Outlook for iOS](#)

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Sent: Wednesday, October 28, 2020 6:16:16 PM
To: 5.1.2e <5.1.2e@sabagov.nl>
Subject: FW: Covid-19 testen.pdf

Hoi 5.1.2e

Zie onderstaand bericht. Hebben jullie vergelijkbare problemen? Ik neem aan dat het personeel contact heeft met elkaar.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e

-----Original Message-----

From: 5.1.2e
Sent: woensdag 28 oktober 2020 23:15
To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Cc: 5. 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>
Subject: Covid-19 testen.pdf

Hoi 5.1.2e

Dit bericht kregen we zojuist via What's app doorgestuurd vanuit 5.1.2e, 5.1.2e
Zijn personeel is blijkbaar in opstand gekomen en weigert nog om COVID testen uit te voeren in het geleverde biosafety cabinet.
Kan je hier in adviseren?
Met dank en vriendelijke groet,

5.1.2e

-----Original Message-----

From: 5.1.2e <5.1.2e@kpnmail.nl>
Sent: woensdag 28 oktober 2020 22:44
To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Subject: Covid-19 testen.pdf

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl<<http://www.rivm.nl>/> De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en<<http://www.rivm.nl/en>> Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en *Committed to health and sustainability*