

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Health Tests & Supplies B.V./Spoedtest.nl  
T.a.v. [redacted] 5.1.2e  
Postjeskade 23-25  
1058 DE AMSTERDAM

Stadsplateau 1  
3521 AZ Utrecht  
Postbus 2518  
6401 DA Heerlen  
T 088 120 50 00  
F 088 120 50 01  
[www.igj.nl](http://www.igj.nl)

**Inlichtingen bij**  
[redacted] 5.1.2e @igj.nl

Datum 22-02-2021  
Onderwerp Inspectiebezoek Spoedtest.nl locatie Utrecht

**Ons kenmerk**  
[redacted] 5.1.2e  
5.1.2e | 5.1.2e

Geachte [redacted] 5.1.2e,

Op 17 februari 2021 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspectie) in het kader van 'Toezicht op commerciële teststraten', een aangekondigd inspectiebezoek gebracht aan Spoedtest.nl, locatie Jan van Scorelstraat 19, te Utrecht. Spoedtest.nl locatie Amsterdam, Robert Scottstraat 12, is eerder bezocht door de inspectie op 20 november 2020. De bezoekende inspecteurs waren [redacted] 5.1.2e en [redacted] 5.1.2e

Hierbij ontvangt u een bevestiging van het bezoek dat heeft plaatsgevonden. Het bezoek was oriënterend van aard. De "uitgangspunten voor inzet testen op COVID-19 (waaronder antigeen(snel)testen) buiten de GGD-testlocaties" dienden als basis voor het gesprek. Meer informatie over de uitgangspunten vindt u [hier](#).

Overall maakt Spoedtest.nl een goede indruk. De eigenaar en de arts zijn gedreven en gemotiveerd om de kwaliteit van de teststraten hoog te houden en steeds te verbeteren. Zij staan open voor suggesties/verbeteringen. Eerdere aandachtspunten zijn opgepakt. Het enige verbeterpunt op deze locatie is dat tussen afnemen en aflezen van de test het potentieel besmettelijke materiaal over een te grote afstand wordt verplaatst. Dit punt zou meteen worden opgepakt.

Tijdens het bezoek kwam een vraag aan de orde over CE-markering op de handdesinfectans. De ontheffing van een CE-keurmerk is nog van kracht, tot 4 maart aanstaande. Daarna zijn alleen toegelaten middelen met CE-markering en NL-nummer en virusclaim toegestaan. Op de [website van de Ctgb](#) is een lijst van toegelaten middelen met virusclaim te vinden.

Wat betreft het weggooiën van handschoenen die bij het afnemen van de test worden gebruikt, geldt dat dit gezien moet worden als potentieel besmettelijk materiaal en inderdaad als zodanig dient te worden weggegooid en afgevoerd.

Indien van toepassing, verwacht de inspectie dat u invulling geeft aan de verbeterpunten die de inspectie u heeft medegedeeld. U hoeft de inspectie hier niet over te rapporteren. De verbeterpunten kunnen onderwerp zijn bij een mogelijk bezoek van de inspectie op een latere datum.

Met vriendelijke groet,

**Datum**  
22 februari 2021

**Ons kenmerk**  
5.1.2e

5.1.2e : 5.1.2e  
5.1.2e : 5.1.2e

*Deze brief is digitaal gegenereerd en daarom niet ondertekend.*