



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Eindbeoordelingsformulier – FFP1, FFP2 en FFP3 maskers(LOT-nummers)

| | | | |
|--|------------|--|--|
| Datum | 24-09-2020 | | |
| Aantal | | | |
| Lotnummer | X1000 | | |
| Leverancier/LCH-nummer | Nedshield | | |
| Productnaam of naam fabrikant | JedX FFP2 | | |
| Productiedatum | | | |
| Type mondmasker (volgens de fabrikant) | FFP2 | | |

| Q1 Particle Penetration 0,3 | Percentage | Filterkwaliteit P1/P2/P3 |
|-----------------------------|------------|--------------------------|
| Masker 1 | 100 | P3 |
| Masker 2 | 100 | P3 |
| Masker 3 | 100 | P3 |

| Q2 Fittest | Zonder clip | Met clip |
|---------------|--|--|
| Testpersoon 1 | <10 | 17 |
| Testpersoon 2 | 21 | Clip op strakst, masker verschuift nog steeds |
| Testpersoon 3 | Elastieken breken | Elastieken breken |
| | <input checked="" type="checkbox"/> FAIL <input type="checkbox"/> PASS | |

| Q3 en Q4 | + | +/- | - |
|-----------------|---|-----|---|
| Oordeel RIVM | | | - |
| Oordeel AH/TOXI | | | - |

| Artikelnummer VWS | Eindoordeel (op basis van Q1, Q2, Q3 én Q4) |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 957 (FFP1) | <input type="checkbox"/> Goedgekeurd |
| <input checked="" type="checkbox"/> 958 (FFP2) | <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur |
| <input type="checkbox"/> 972 (FFP3) | |

Algemene bevindingen: pass op PFE, fail op fittest, elastieken breken bij meerdere testpersonen. De aangeleverde documentatie betreft metingen die zijn uitgevoerd. Omdat of niet is gespecificeerd hoe de metingen zijn uitgevoerd of de meetmethode afwijkt van hetgeen in de norm staat, kan op basis van deze metingen niet worden vastgesteld dat de maskers aan de norm EN 149 voldoen. Belangrijke delen van de NEN EN 149 zijn niet in de test van MNA opgenomen. Daarnaast is ook niet vastgelegd welke maskers zijn getest, waardoor deze niet te herleiden zijn naar de maskers in kwestie

Samenvatting Q1 en Q2 alleen voor FFP1 en FFP2 maskers

| Logistiek | Aankruisen | Clip (Ja/Nee) | Specs. | |
|-----------|------------|---------------|-------------|--------------|
| | | | PFE | FIT |
| Mand 1 | | | >94% | >100 |
| Mand 2 | | | >94% | 50<FIT<100 |
| Mand 3 | | | 80%<PFE<94% | >100 |
| Mand 4 | | | 80%<PFE<94% | 50<FIT<100 |
| Mand 5 | x | nee | >94% | <50 |
| Mand 6 | | | 80%<PFE<94% | <50 |
| Mand 7 | | | < 80% | Ongeacht fit |

Samenvatting Q1 en Q2 alleen voor FFP3 maskers

| Logistiek | Aankruisen | Clip (Ja/Nee) | Specs. | |
|-----------|------------|---------------|--------|-----|
| | | | PFE | FIT |

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie: 14-07-2020



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

| | | | | |
|--------|--|--|-------------|--------------|
| Mand 1 | | | >99% | >100 |
| Mand 2 | | | >99% | 50<FIT<100 |
| Mand 3 | | | 80%<PFE<99% | >100 |
| Mand 4 | | | 80%<PFE<99% | 50<FIT<100 |
| Mand 5 | | | >99% | <50 |
| Mand 6 | | | 80%<PFE<99% | <50 |
| Mand 7 | | | < 80% | Ongeacht fit |

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie: 14-07-2020