

To: [redacted] 5.1.1a [redacted] 5.1.2e [redacted] @rivm.nl]
From: [redacted] 5.1.2e [redacted]
Sent: Wed 9/23/2020 2:13:14 PM
Subject: FW: Controle panel SARS-CoV-2
Received: Wed 9/23/2020 2:13:15 PM

Ga ik behandelen

From: [redacted] 5.1.2e [redacted] <[redacted] 5.1.2e [redacted] @tlr.nl>
Sent: dinsdag 22 september 2020 13:28
To: [redacted] 5.1.2e [redacted] <[redacted] 5.1.2e [redacted] @rivm.nl>
Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted] <[redacted] 5.1.2e [redacted] @tlr.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] @minvws.nl' <[redacted] 5.1.2e [redacted] @minvws.nl>
Subject: RE: Controle panel SARS-CoV-2

Geachte [redacted] 5.1.2e [redacted]

Momenteel zijn we in overleg met meneer [redacted] 5.1.2e [redacted] van het ministerie van Volksgezondheid over de mogelijke inzet van ons laboratorium.

Om de testen voor de GGD uit te mogen voeren moeten we een erkenning hebben van het RIVM.

Zou het mogelijk zijn om deel te nemen aan jullie controle panel.

Ik hoor graag van u of het mogelijk is.

Met vriendelijke groeten | With kind regards | Mit freundlichen Grüßen,

[redacted] 5.1.2e [redacted]
[redacted] 5.1.2e [redacted]
Bankwerkerstraat 16 • 3077 MB Rotterdam (NL)
T +31 [redacted] 5.1.2e [redacted] • T +31 [redacted] 5.1.2e [redacted] • www.tlr.nl



Van: [redacted] 5.1.2e [redacted]
Verzonden: donderdag 17 september 2020 12:11
Aan: [redacted] 5.1.2e [redacted] @rivm.nl' <[redacted] 5.1.2e [redacted] @rivm.nl>
CC: [redacted] 5.1.2e [redacted] <[redacted] 5.1.2e [redacted] @tlr.nl>
Onderwerp: Controle panel SARS-CoV-2

Geachte [redacted] 5.1.2e [redacted]

Vandaag heb ik vernomen dat u verantwoordelijk bent binnen het RIVM voor het controle panel met betrekking tot SARS-CoV-2.

Graag zouden wij, TLR (Technisch Laboratorium Rotterdam), deelnemen aan dit traject.

Momenteel zijn we bezig met het valideren van de extractie/detectie methode voor de kwalitatieve analyse van SARS-CoV-2. Indien mogelijk, zouden wij graag de specificiteit en selectiviteit van onze methode willen controleren met behulp van jullie panel.

TLR heeft ruime ervaring met het detecteren van virussen (Hepatitis A, Norovirus GI, GII). Deze methodes zijn reeds geaccrediteerd door de RvA. Dit houdt in dat we beschikken over de benodigde faciliteiten om met dergelijke virussen op een verantwoorde wijze

manier te werken.

Ik hoor graag van u wat de mogelijkheden zijn.

Met vriendelijke groeten | With kind regards | Mit freundlichen Grüßen,

5.1.2e
5.1.2e

Bankwerkerstraat 16 • 3077 MB Rotterdam (NL)

T +31 5.1.2e • T +31 5.1.2e • www.tlr.nl



We work under the TLR International Laboratories [Terms and Conditions of Business](#). Copies are available upon request.