

To: [redacted] [redacted]@rivm.nl
From: [redacted]
Sent: Mon 9/7/2020 8:08:46 AM
Subject: FW: problemen swabs in lysisbuffer
Received: Mon 9/7/2020 8:08:46 AM
[20200904 Problemen swabs \[redacted\].xlsx](#)

Hoi [redacted]

Hierbij het probleem van [redacted]. Reden om nieuwe swabs ook te testen of in lysisbuffer er fibers loslaten denk ik.

Mvg

[redacted]

From: [redacted] <[redacted]@bravis.nl>
Sent: vrijdag 4 september 2020 09:23
To: [redacted] <[redacted]@amsterdamumc.nl>; [redacted] <[redacted]@icdk.nl>
Cc: [redacted]. Teamleidinggevende (Zorg) <[redacted]@amphia.nl>; [redacted] <[redacted]@zzv.nl>; [redacted] <[redacted]@bravis.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Subject: problemen swabs in lysisbuffer
Importance: High

Beste [redacted]

Wij hebben een behoorlijk probleem geconstateerd met door LCH aan GGD geleverde nasopharynx swabs van een (onbekend) Chinees bedrijf.

Het blijkt dat de fibers van deze swabs in lysisbuffer los laten van de stok en daarmee grote crashes veroorzaakt in onze apparatuur. We halen de stokken uit de lysisbuffer, wat niet de oorzaak van de crashes kon zijn.

We hebben hiermee flinke vertraging in doorlooptijden, achterstand en nog meer overuren voor personeel opgelopen. In de bijlage uiteenzetting van onze bevindingen, we hebben de oorzaak achterhaald en het probleem is voor ons nu opgelost.

Ik vind het belangrijk dat hier actie op ondernomen wordt, zodat dit niet meer kan voorkomen. Kunnen jullie dit naar de labs/GGDs communiceren (ik heb geen idee wie deze stokken gekregen heeft/ gebruikt icm lysisbuffer).

@ [redacted] ik weet dat jullie bezig zijn om ook de juiste buizen aan te schaffen met capture caps. We zien ook problemen dat niet alle swabs goed gevangen worden in deze caps, waardoor we de stokken handmatig uit moeten "vissen". Om zo efficiënt mogelijk te werken voor een zo hoog mogelijke doorvoer van samples is dit natuurlijk niet gewenst.

@ [redacted] ik weet niet of dit nog het juiste email adres van [redacted]s, zou je deze mail anders willen forwarden? Dank.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

MICROVIDA
 MEDISCHE MICROBIOLOGIE BRABANT & ZEELAND

T: 003 [redacted]
W: www.microvida.nl

Bezoek adressen:

| | | |
|--|---|---|
| Locatie Amphia Ziekenhuis Molengracht 21 4818 CK Breda | Locatie Bravis Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal | Locatie ZorgSaam Vlietstraat 10 4535 HA Terneuzen |
|--|---|---|

Deze mail is beveiligd verzonden met KPN Secure Mail. Zie voor meer informatie het Privacy Statement op de website van het Bravis ziekenhuis.