

To: [5.1.2e] [5.1.2e] @erasmusmc.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] @rivm.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] @rivm.nl
From: [5.1.2e]
Sent: Thur 12/24/2020 12:45:34 PM
Subject: RE: Taqpath testen voor UK variant
Received: Thur 12/24/2020 12:45:35 PM

Hoi [5.1.2e]

Ik zal me vanaf maandag samen met [5.1.2e] vol storten hierop. Ik zie in de handleiding onderstaand nog staan. Weet jij wellicht of er een template beschikbaar is met de specifieke settings? Maandag zal ik met een vaste gebruiker van het systeem de werking/instellingen doornemen. Hierin kan ik me voorstellen dat een simpel temp-profiel invoeren het probleem niet zal zijn, maar wellicht bijkomende settings zoals ramp rate of filtersettings etc zitten al wel in de template ingebouwd ga ik vanuit.

Ik hoor het graag,

Groeten,
[5.1.2e]

Transfer the template (SDT) file for the 7500 Fast Dx Real-Time PCR Instrument

The template (SDT) file contains the settings for the instrument run. It is installed on the computer with Applied Biosystems™ COVID-19 Interpretive Software, and must be transferred via a USB drive or other method to the computer on which SDS Software v1.4.1 is installed

From: [5.1.2e] <[5.1.2e]@erasmusmc.nl>
Sent: donderdag 24 december 2020 12:07
To: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>
Cc: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>
Subject: Re: Taqpath testen voor UK variant

Hi [5.1.2e]

Stuur me nog even verzendgegevens.

Heb ze misschien van [5.1.2e] gehad, maar kan in het email moeras zo snel niet vinden

[5.1.2e]

From: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>
Sent: Thursday, December 24, 2020 9:36 AM
To: [5.1.2e] <[5.1.2e]@erasmusmc.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>
Cc: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>
Subject: RE: Taqpath testen voor UK variant

Dank voor je snelle reactie [5.1.2e]. Nieuwe extracties zullen we zeker de IC meenemen, maar wellicht dat we uit pragmatisch oogpunt de retrospectieve monsters dus zonder IC zullen doen.

Ik ga kijken wat gaat lukken met monsters uit regio Amsterdam maar dat wordt sowieso pas na de kerstdagen uiteraard.

Ik hou je op de hoogte

[5.1.2e]

From: [5.1.2e] <[5.1.2e]@erasmusmc.nl>
Sent: donderdag 24 december 2020 09:32
To: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>
Subject: Re: Taqpath testen voor UK variant

Hi 5.1.2e

5.1.2e is voor 1000 reacties. Liefst splits ik niet op, dus ik hoop dat jullie er komende dagen 1000 kunnen doen (of verzamelen, wellicht uit AMstrdam regio ? die mist nog een beetje).
Ik heb 10x 1000 reacties en 7 labs, dus ik hou nog 3000 testen over om evt te verdelen als we erges echte hot-spots gaan zien...

Ja er zit een MS2 IC bij. Maar aangezien je alleen bekend positieve gaat tetsen kun je wat mij betreft de IC achterwege laten. Immers remming en of slechte extractie ga je zien in de ORF1ab en N assay van de kit.

Als je toch gaat isoleren dan zou ik hem erbij doen, maar als je op RNA wilt testen (wat ik goed kan begrijpen) dan is dat denk ik geen probleem.

5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Sent: Thursday, December 24, 2020 9:25 AM
To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@erasmusmc.nl>
Subject: RE: Taqpath testen voor UK variant

Hoi 5.1.2e
Hoeveel kits wilde je ozne kant op doen?
Wellicht het verstandigst om de grote aantallen richting de labs te doen die grote volumes wegdraaien en een kleiner setje naar ons?

Verder vroeg ik me af of jij toevallig uit je hoofd weet of je een nieuwe extractie moet doen of dat je ook met regulier extract kan werken. Een van onze analisten meende gezien te hebben dat je voor de extractie een andere interne controle moet toevoegen.
Als we dus ook de retrospectieve monsters opnieuw moeten extraheren dan is dat natuurlijk wta extra belasting op de werkvloer en op de pipet puntjes.

Ik hor graag van je en alvast een fijne kerst gewenst

5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Sent: woensdag 23 december 2020 21:55
To: 5.1.2e <5.1.2e@erasmusmc.nl>
Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Subject: Re: Taqpath testen voor UK variant

Hoi 5.1.2e

Wij gaan vanaf volgende week ermee aan de slag. Dus ontvangen kit dan graag begin van de week. Graag 5.1.2e meenemen in communicatie. Hij pakt dit op omdat ik met corona thuis zit.

mvg

5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@erasmusmc.nl>
Sent: Wednesday, 23 December 2020 12:47
To: 5.1.2e @meandermc.nl; 5.1.2e @bravis.nl; 5.1.2e; 5.1.2e @mumc.nl; 5.1.2e; 5.1.2e
Subject: Re: Taqpath testen voor UK variant

En allen,
ivm logistiek van pakketjes sturen.

Laat me even weten wie bv morgen al zou kunnen testen (*), of tijdens kerst (* *) en wie maandag of dinsdag.
Ik kan als het nodig is een spoedkoerier regelen, maar als er pas later volgende week getest kan worden is dat niet nodig.

Thanks!!

5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@erasmusmc.nl>
Sent: Wednesday, December 23, 2020 11:29 AM
To: 5.1.2e @meandermc.nl <5.1.2e@meandermc.nl>; 5.1.2e @bravis.nl <5.1.2e@bravis.nl>; 5.1.2e @bravis.nl <5.1.2e@bravis.nl>; 5.1.2e @rivm.nl <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e @mumc.nl <5.1.2e@mumc.nl>; 5.1.2e @mumc.nl <5.1.2e@mumc.nl>; 5.1.2e @umcutrecht.nl <5.1.2e@umcutrecht.nl>; 5.1.2e @umcg.nl <5.1.2e@umcg.nl>
Subject: Re: Taqpath testen voor UK variant

Hier alvast de IFU van de taqpath test:

From: 5.1.2e
Sent: Wednesday, December 23, 2020 9:00 AM
To: 5.1.2e @meandermc.nl <5.1.2e@meandermc.nl>; 5.1.2e @bravis.nl <5.1.2e@bravis.nl>; 5.1.2e @bravis.nl <5.1.2e@bravis.nl>; 5.1.2e @rivm.nl <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e @mumc.nl <5.1.2e@mumc.nl>; 5.1.2e @mumc.nl <5.1.2e@mumc.nl>; 5.1.2e @umcutrecht.nl <5.1.2e@umcutrecht.nl>
Subject: Taqpath testen voor UK variant

Hi allen,

Jullie hebben allemaal toegezegd mee te willen helpen om een flink aantal samples te screenen met de Taqpath assay om te kijken naar S drop-outs die indicatief zijn voor de UK variant.

Ik ga jullie allemaal 1 kit van 1000 testen sturen. Idee is om een week terug te testen en wat er komende week binnenkomt.


Iedereen realiseert zich dat dit voor kerst een lastige opgave wordt maar alles wat lukt is meegenomen.

Volgende week dan meer resultaat.

Dank allen !

Kan iedereen mij een verzendadres voor koerier sturen en een contactpersoon. Ik neem nog contact op voordat ik een koerier regel...

Hier een plaatje van Public Health England over de toename van S drop-outs (Zwart: totaal S drop-outs, blauw: S drop-outs met de deletie maar zonder de andere key mutaties;rood, sequence bevestigde UK variant)



Ik stuur jullie zo ook nog de IFU voor de kit door

5.1.2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*