

**To:** RVP-Communicatie [5.1.2e]@rivm.nl]  
**From:** [5.1.2e]  
**Sent:** Wed 12/16/2020 10:43:55 AM  
**Subject:** RE: Melding nr. M2012 3390 onderwerp: vraag inzake opslag tbv. COVID-19 vaccinatie  
**Received:** Wed 12/16/2020 10:43:56 AM

Goedemorgen,

Het is niet nodig dat uitvoerende organisaties zelf -80 vriezers (ULT vriezers) gaan aanschaffen. De vaccins worden geleverd bij 2-8 graden en kunnen op locatie ook bij 2-8 graden bewaard worden. Het ziekenhuis hoeft dus geen ULT vriezer aan te schaffen.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]

---

**From:** RVP-Communicatie <[5.1.2e]@rivm.nl>  
**Sent:** dinsdag 15 december 2020 08:21  
**To:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>  
**Subject:** FW: Melding nr. M2012 3390 onderwerp: vraag inzake opslag tbv. COVID-19 vaccinatie

Hoi [5.1.2e]

Wil jij helpen bij het antwoord op deze vraag?

[5.1.2e]

Centrum Infectieziektebestrijding

RIVM Stafeenheid Communicatie  
Afdeling Publicaties & Nieuws  
Postbus 1, [5.1.2e]  
3720 BA Bilthoven

tel. 030 [5.1.2e]

aanwezig: [5.1.2e]

<http://www.rivm.nl>

---

**Van:** [5.1.2e]@rivm.nl <[5.1.2e]@rivm.nl>  
**Verzonden:** maandag 14 december 2020 12:44  
**Aan:** RVP-Communicatie <[5.1.2e]@rivm.nl>  
**Onderwerp:** Melding nr. M2012 3390 onderwerp: vraag inzake opslag tbv. COVID-19 vaccinatie

Beste collega,

Onderstaande mail is binnengekomen bij het RIVM Infopunt. Deze mail heeft het volgende kenmerk gekregen: M2012 3390.

Kun jij een inhoudelijke reactie geven zodat wij deze vraag/melding kunnen beantwoorden?

Graag ontvangen wij een reply met reactie op deze mail binnen 5 werkdagen. Zorg ervoor dat je de onderwerpregel niet aanpast.

Met kleur gearceerde teksten zijn in ons systeem niet leesbaar.

Alvast bedankt voor je medewerking!

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]

[5.1.2e]

Verzoek:

E-mail adres: [5.1.2e]@gelre.nl

Date sent: Dec 14, 2020 12:02 PM  
To: "5.1.2e@rivm.nl" <info@rivm.nl>  
Subject: vraag inzake opslag tbv. COVID-19 vaccinatie

Geachte hr./mw.,

Naar aanleiding van contact met uw collega van de service-desk deze mail 5.1.2e Als 5.1.2e ben ik o.a. verantwoordelijk voor de ziekenhuisapotheek van Gelre ziekenhuizen.

Binnen Gelre ziekenhuizen willen we ons zo goed mogelijk voorbereiden op een eventuele rol bij aanstaande COVID-19 vaccinatie, bijvoorbeeld t.b.v. onze eigen medewerkers. Daarbij geldt voor ons de afweging of een vriezer t.b.v. ultra-lage-temperaturen (-80gr.) aangeschaft moet worden aangezien onze bestaande vriezers in gebruik zijn en geen overcapaciteit hebben. We hebben contact gehad met de leverancier en levertijd is nu 3 maand met de verwachting dat de levertijd zal oplopen.

Vanuit de gedachte 'better safe than sorry' zijn we van harte bereid een dergelijke aanschaf te doen tenzij er vanuit uw zijde een duidelijke contra-indicatie daartoe is. Bijvoorbeeld omdat de opslag in een ziekenhuis niet verwacht wordt o.i.d. Van uw collega begreep ik dat het op dit moment lastig is daar een uitspraak over te doen omdat alle voorbereidingen gaande zijn, tegelijkertijd meldde zij dat in principe de lijn is dat vanuit uw organisatie opslag en distributie geregeld wordt.

Ik zou het op prijs stellen enige indicatie van uw te krijgen waar wij verstandig aan doen: overgaan tot het plaatsen van de order of anderszins.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie met vriendelijke groet,

5.1.2e

Gelre ziekenhuizen  
Albert Schweitzerlaan 31, 7334 DZ Apeldoorn  
Postbus 9014, 7300 DS Apeldoorn

5.1.2e

[www.gelreziekenhuizen.nl](http://www.gelreziekenhuizen.nl)



\*\*\*\*\* De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Gelre ziekenhuizen staat niet in voor de juiste en/of volledige overbrenging of tijdige ontvangst van de inhoud van een verzonden e-mail bericht. Wij wijzen er met nadruk op dat er risico's verbonden zijn aan het gebruik van e-mail en daaraan verbonden bijlagen. Gelre ziekenhuizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik en/of openen van e-mail en/of bijlage.\*\*\*\*\*