

Resultaten GGD testbus in Delfshaven - Rotterdam

Totaal 1745 mensen getest

	Ag+	Ag-
PCR+	116	18
PCR-	7	1595

*Excluding invalid RDT n=9

*RDT 'twijfel' = positive (n=8, 4 PCR pos and 4 PCR neg)

sensitivity (CI) 86.6 (79.8-91.3)

specificity (CI) 99.6 (99.1-99.8)

Sensitiviteit en specificiteit niet verschillend met de studie in Schiedam (symptomaten)

Symptomen <--> asymptomen

Symptomen

	Ag+	Ag-
PCR+	97	11

Sensitiviteit

89.8 (82.7-94.2)

Asymptomen

	Ag+	Ag-
PCR+	19	7

Sensitiviteit

73.1 (53.9-86.3)

Sensitiviteit iets lager bij mensen zonder klachten

Ct waarden bij mensen met en zonder klachten

