

**To:** [redacted] [redacted] [redacted]@Star-shl.nl]  
**From:** opschalingslabs  
**Sent:** Tue 5/5/2020 2:16:49 PM  
**Subject:** RE: speekselafname in diagnostiek voor COVID-19  
**Received:** Tue 5/5/2020 2:16:49 PM

Beste [redacted]

Dank voor beantwoorden. Staat genoteerd.

Met vriendelijke groeten,

[redacted]

---

**From:** [redacted] [redacted] <[redacted]@Star-shl.nl>  
**Sent:** maandag 4 mei 2020 14:56  
**To:** opschalingslabs <[redacted]@rivm.nl>  
**Subject:** RE: speekselafname in diagnostiek voor COVID-19

Beste collegae van het nationaal respons team,

Zie hieronder.

Voordat dit ingevoerd wordt zouden wij graag willen weten (één antwoordemail per lab):

- Labnaam: Star-shl, Rotterdam
- Naam beantwoorder: [redacted] [redacted] [redacted]
- Hebt u het gebruik van deze sponsjes of speeksel dat op een andere manier is verzameld eerder gevalideerd op uw platform? Nee

en denkt u dat inclusie van speeksel voor COVID-19 in uw lab daarom zondermeer mogelijk is? Ja. De voorberekingsprocedure zoals beschreven in de bijlage is erg arbeidsintensief en kan een beperkende factors zijn voor een efficiënte werkwijze. Voorkeur daarom is om de indicatie voor afname middels sponsjes of speeksel te beperken bij specifieke doelgroepen.

- Test u al speeksel voor COVID-19 diagnostiek? Nee
  - Indien 'Ja', zou u resultaten willen delen? N.v.t.
  - Indien 'Nee', wilt u dit afnamemateriaal in de ( nabije) toekomst kunnen testen voor COVID-19 diagnostiek? Ja (zie ook beperkende factoren hierboven); indien 'Ja', wat heeft u daarvoor nodig: Afname materiaal, centrifuge

Vriendelijke groeten,

Dr. [redacted] [redacted] [redacted]  
[redacted]




star-shl diagnostische centra  
Bredaseweg 165 | Postbus 228 | 4870 AE Etten-Leur  
Vlambloem 21 | Postbus 8661 | 3009 AR Rotterdam  
06 – [redacted] [redacted]@star-shl.nl

[redacted]

[redacted] [redacted]

Dubbel



Dubbel

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)