

Graag tot vanmiddag.

Met vriendelijke groet, Kind regards,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e | 5.1.2e

Verzonden: woensdag 3 februari 2021 20:17

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e

<5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: RE: gebruikservaring 5.1.2e spuit

Beste 5.1.2e

5.1.2e

Zeer vervelend om onderstaande te vernemen, wij waren in de veronderstelling dat alles juist goed zou zijn. Dit temeer omdat we alles van te voren aan het RIVM aangeboden hebben én het hebben laten keuren door een externe partij.

Zojuist heb ik een urgente e-mail naar de leverancier gestuurd met de door jullie gestelde punten. Ik verwacht hier morgen vroeg reactie op, welke ik met jullie zal delen. Wij stellen alles in het werk om dit goed te onderzoeken.

De eerste zending is inmiddels onderweg, en kunnen we niet meer terughalen. Dit betreft:

5.1.1c

Wellicht dat we nog iets, in overleg, kunnen doen met het restant van de order (verschepping maart '21). Laten we dit met elkaar morgen bespreken.

Met vriendelijke groet, Kind regards,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Verzonden: woensdag 3 februari 2021 14:56

Aan: 5.1.2e | 5.1.2e | 5.1.2e @ 5.1.2e.com>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e

<5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: FW: gebruikservaring 5.1.2e spuit

Urgentie: Hoog

Beste 5.1.2e

Zoals net telefonisch besproken. Het ziet er naar uit dat we groot issue hebben met de bestelde spuiten.
Graag morgen telefonisch overleg over de vervolgstappen.
Ik zal een GoToMeeting inplannen.

Mvrgr

5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Sent: woensdag 3 februari 2021 14:46
To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Subject: gebruikservaring 5.1.2e spuit

Hi 5.1.2e

Vanmorgen ben ik bij de GGD locatie in Apeldoorn geweest om mee te kijken met een instructie voor de 7^e dosis uit 1 flacon en het aanvullen van de 7^e dosis uit een tweede flacon. Ik had van 5.1.2e een aantal 5.1.2e 1 ml spuiten meegekregen om uit te testen. Hierbij de bevindingen:

- De plunjer beweegt te soepel door de spuit waardoor het risico bestaat dat na het klaarmaken van de spuit de vloeistof eruit komt tijdens het lopen naar de vaccinatietafel. Ook is het precies afmeten van het volume lastig doordat de plunjer zo soepel heen en weer schuift.
- Er ontstaat een luchtbel bij het optrekken van het vaccin. Deze luchtbel is met geen mogelijkheid te verwijderen waardoor het volume onzeker wordt.
- De maatverdeling is moeilijk leesbaar bij het klaarmaken van de spuit.
- Dit kost beduidend meer tijd bij het voorbereiden van de spuiten voor toediening

Zowel de apothekersassistente als de vaccinvoorbereider van de GGD gaven aan dat deze spuit niet werkbaar is binnen deze grote vaccinatiecampagne.

Zouden jullie hierover contact met de leverancier willen opnemen. Misschien kunnen we de levering nog tegenhouden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*