



5.1.2i

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

.....  
Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (RIVM-DVP)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | 5.1.2e | 5.1.2e

Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

T

M 5.1.2e

F

E 5.1.2e @rivm.nl

5.1.2e

.....  
Van: 5.1.2e <5.1.2e@snpq.nl>

Verzonden: maandag 8 februari 2021 12:59

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; Covid19 <5.1.2e@snpq.nl>

Onderwerp: Re: Nieuw contactformulier

Beste 5.1.2e

Bestaat er een duidelijke handleiding die wij kunnen sturen naar de organisaties die ons deze vragen stellen?

Met vriendelijke groeten,



vertrouwd met vaccinaties

Mississippijdreef 83  
3565 CE Utrecht

5.1.2e

[www.snpq.nl](http://www.snpq.nl)

5.1.2e@snpq.nl

0900 47 43 777  
(10 cùpm)

5.1.2e

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**Datum:** maandag 8 februari 2021 om 12:27

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@snpng.nl>

**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**Onderwerp:** RE: Nieuw contactformulier

Sorry, nog ter aanvulling. De toediennaalden moeten wel goed aangeduwd worden op de spuit. Er zit een soort "kliksysteem" in die in de naald moet schuiven.

Bij de GGD en ROAZ hebben we hier overigens niets over gehoord dus misschien zijn de instellingen iets minder bekend met de naalden?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

.....  
Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (RIVM-DVP)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | 5.1.2e | 5.1.2e

Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

T

M

F

E

5.1.2e

5.1.2e @rivm.nl

5.1.2e

**Van:** 5.1.2e

**Verzonden:** maandag 8 februari 2021 12:25

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@snpng.nl>

**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**Onderwerp:** RE: Nieuw contactformulier

Hoi 5.1.2e

Ik vind dit een zeer vreemd signaal. We hebben voor dit specifieke voorbeeld wat je meestuurt (maar ook voor alle andere klanten in NL) BD spuiten en naalden uitgeleverd. Deze zijn ten alle tijde compatible met elkaar. Ik twijfel dus of ze wel echt de spuiten en naalden hebben gebruikt die wij hebben geleverd. Deze passen namelijk gewoon (je kunt de naald op de spuit schuiven/ drukken).

De enige oplossing die hier is, is een aantal voorbeelden onze kant op halen zodat we het kunnen onderzoeken want op basis van wat er is uitgeleverd en de productspecificaties zou dit geen problemen kunnen geven.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

.....  
 Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (RIVM-DVP)  
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  
 A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | 5.1.2e | 5.1.2e  
 Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

T  
 M 5.1.2e  
 F  
 E 5.1.2e [@rivm.nl](mailto:5.1.2e@rivm.nl)

5.1.2e

.....  
 Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
 Verzonden: maandag 8 februari 2021 11:39  
 Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
 CC: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
 Onderwerp: FW: Nieuw contactformulier

Hi 5.1.2e  
 Zie melding hieronder!  
 5.1.2e

.....  
 From: 5.1.2e <5.1.2e@snpq.nl>  
 Sent: maandag 8 februari 2021 11:20  
 To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
 Cc: 5.1.2e <5.1.2e@snpq.nl>  
 Subject: FW: Nieuw contactformulier

Hallo 5.1.2e

We hebben inmiddels meer dan 10 meldingen binnen dat de toedieningsnaalden niet passen op de toedieningspuiten. Hieronder 1 voorbeeld. Zijn deze meldingen bij jullie bekend en wat is het beleid hierin?

Met vriendelijke groeten,



*vertrouwd met vaccinaties*

Mississippijdreef 83  
 3565 CE Utrecht

5.1.2e

[www.snpq.nl](http://www.snpq.nl)  
 0900 47 43 777  
 (10 ct/ppm)

5.1.2e@snpq.nl  
 5.1.2e

**Van:** SNPG <5.1.2e@snpq.nl>  
**Beantwoorden - Aan:** "5.1.2e@hwwzorg.nl" <5.1.2e@hwwzorg.nl>  
**Datum:** maandag 8 februari 2021 om 10:36  
**Aan:** Covid19 <5.1.2e@snpq.nl>  
**Onderwerp:** Nieuw contactformulier

<b>Uw naam</b>
5.1.2e
<b>AGB-code</b>
5.1.2e
<b>Over welk vaccinatiecampagne wilt u contact met SNPG?</b>
COVID-vaccinatiecampagne
<b>E-mailadres</b>
5.1.2e@hwwzorg.nl
<b>Uw vraag</b>
Geachte heer/mevrouw,  Vanuit mijn functie van 5.1.2e heb ik voor de organisatie Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW-zorg) op 25 januari jl. de COVID-19 vaccinaties besteld (bestelnr. 133164) welke op dinsdag 2 februari jl. op de locatie verpleeghuis De Eshoeve/Residentie te Den Haag (AGB-code 47471254) zijn afgeleverd. Het probleem waar we tijdens het vaccineren tegenaan liepen is dat bij een gedeelte van het door uw geleverde materiaal de toediennaald niet op de toedienspuit paste waarop is besloten om onze eigen naalden te gebruiken. Dit probleem wil ik graag onder uw aandacht brengen om te voorkomen dat we in maart a.s. wanneer de 2e levering COVID-19 vaccinatie door u geleverd wordt en de 2e vaccinatie ronde gepland staat opnieuw tegen hetzelfde probleem aanlopen.  Met vriendelijke groet,  5.1.2e Tel. 5.1.2e Tel. 5.1.2e
<b>Bijlage (optioneel)</b>
<ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Bestelling-COVID-19 vaccins-133164_20210125.pdf</a></li></ul>

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) *Committed to health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) *Committed to health and sustainability*