

*Opdracht aanschaf Ademtest***Ademtest**

Volgens het 95ste OMT-Advies kan door middel van de ademtesttechnologie met redelijke gevoeligheid worden uitgesloten dat er sprake is van een infectie door SARS-CoV-2. Het OMT heeft de testresultaten van de ademtest besproken en is tot de conclusie gekomen dat deze met name een goede sensitiviteit heeft waardoor ze ingezet kan worden als eerste screeningsmethode. Een negatief ademtestresultaat is in 98% van de gevallen ook werkelijk congruent met een negatief testresultaat van de PCR. De ademtest kan daarom als pre-screeningstest ingezet worden bij personen bij asymptomatische personen en personen met milde klachten, zoals degenen die zich doorgaans presenteren in de teststraten (relatief gezonde en jonge populatie). De combinatie van een ademtest, welke indien de uitslag positief of onzeker is opvolging krijgt door een PCR of eventueel antigeensneltest, wordt verder geanalyseerd, maar duidelijk is dat de ademtest een belangrijke aanvulling is op de testen die momenteel beschikbaar zijn. Dit ook mede door de gebruiksvriendelijkheid, die de testbereidheid kan vergroten.

VWS heeft reeds een aankoop gedaan van 5.1.2a apparaten voor ademtesten, mede om te komen tot bovenstaande inzichten. Op basis van de positieve resultaten en de uitbreiding van de teststrategie naar testen voor het openen van de samenleving, wil VWS hierbij Dienst Testen de opdracht geven om te komen tot de aanschaf van nog eens 5.1.2b apparaten voor ademtesten, inclusief de plasticware.

*Specificaties inkoopopdracht***Aantal:**

Op basis van gemaakte prognoses over de inzet van de ademtest in het kader van frequent testen in spoor 2 is er begroot dat er in aanvulling op de reeds aangeschafte apparatuur nog behoefte is aan ademtest apparatuur tbv COVID screening voor een aantal bestaande XL locaties en een aantal nader te bepalen nieuwe locaties in spoor 2. Dit om tegemoet te komen aan de testbehoefte zowel qua aantal als qua spreiding. Waarbij eenvoudige mobiliteit van de apparatuur niet een pre is. Uiteindelijk moeten met deze apparatuur per dag ruim 100.000 ademtesten kunnen worden uitgevoerd met minimale hands-on tijd. Dit inclusief de benodigde consumables. Wenselijk daarbij is dat de consumables door dezelfde leverancier geleverd zullen worden. Mede in het kader van het verminderen van administratieve lasten van zowel de aanbestedende dienst, als marktpartij is voor de hand liggend dat dezelfde leverancier de extra testen oplevert.

Planning:

Gelet op het verloop van SARS-CoV-2, de planning van de vaccinatie en de groeiende behoefte om daar waar mogelijk de samenleving te (her)openen moeten de ademtesten zo spoedig mogelijk worden opgeleverd door een of meerdere marktpartijen. Verzoek is daarom dat er naar wordt gestreefd de inkoop en levering af te ronden vóór Q2 of anders zo snel mogelijk.

Nadere vereisten:

Het is wenselijk dat de 5.1.2b apparaten voor ademtesten vóór Q2 en voor een goede prijs/kwaliteit-verhouding kunnen worden opgeleverd. In dat kader wordt het wenselijk geacht dat de aan te schaffen ademtest reeds gevalideerd is voor corona en dat dit niet nog onderdeel moet uitmaken van het aankoopproces. Een validatie van nieuwe ademtesten op de te plaatsen locatie blijft altijd een vereiste. Om dezelfde reden is het ook van belang dat er reeds sprake is van een CE keurmerk, of dat de leverancier reeds bezig is met de procedure om een dergelijk keurmerk te verkrijgen. Daarnaast is het belangrijk dat er sprake is van een hoge sensitiviteit van tenminste 98%.