

**To:** [redacted] [redacted]@rivm.nl  
**From:** [redacted]  
**Sent:** Mon 1/4/2021 2:27:41 PM  
**Subject:** RE: vragen over e-learning  
**Received:** Mon 1/4/2021 2:27:42 PM

Hee [redacted]

Vraag 1: De spuit en naald moeten van dezelfde leverancier zijn. Dus BD op BD en MLS op MLS. Helaas is het namelijk zo dat een vd naalden niet op de spuit vd andere leverancier past. Om dit werkbaar te houden moet je dus alleen combineren binnen dezelfde leverancier.

Vraag 2: Spuiten en naalden en diluent kunnen of gelijktijdig geleverd worden of eerder. Het is mogelijk dat we zelfs voor een hele week voldoende spuiten en naalden leveren en vaccins om de paar dagen. Vandaar dat dit dus niet altijd gelijktijdig is maar we zorgen ervoor dat er voldoende hulpmiddelen zijn voor de beschikbare vaccins.

Met vriendelijke groet,

[redacted] MSc

[redacted]

.....  
 Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (RIVM-DVP)  
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  
 A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | Kamer [redacted] Postbak [redacted]  
 Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

T 030- [redacted]  
 M 06- [redacted]  
 F 030 [redacted]  
 E [redacted]@rivm.nl

Werkdagen [redacted]

.....  
**Van:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Verzonden:** maandag 4 januari 2021 14:43  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Onderwerp:** vragen over e-learning

Hey [redacted]  
 Paar vraagjes:

Hier staat: 'Er moet altijd gewerkt worden met naalden en spuiten van dezelfde fabrikant.' Beetje onduidelijke zin. Bedoel je dat op spuiten altijd bijbehorende naalden van dezelfde fabrikant moeten zitten? Is dat vanwege de aansluiting? Ik dacht dat deze aansluitingen standaard waren.	Bespreken met [redacted]			
Ik lees hier dat de spuiten en naalden niet per definitie tegelijk met het vaccin geleverd worden. Ik mag hopen dat dit dan wel dezelfde dag is of eerder vanwege de beperkte houdbaarheid van het vaccin.	Bespreken met [redacted]			

Groet,

[redacted]

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)

T 030- [redacted] | 06- [redacted]  
 Bereikbaar [redacted]