

From: Info
Sent: Mon 8/31/2020 3:02:17 PM
Subject: Voorraad testmaterialen voor Roche 96 niet onbepikt
Received: Mon 8/31/2020 3:02:32 PM

Beste geadresseerde,

In de brief die zaterdag 22 augustus vanuit LCH, NVMM en VMML is verzonden en in de LCDK-nieuwsbrief van 24 augustus stond dat er op dit moment geen tekort is op het gebied van testmaterialen voor Roche MP96. Deze berichtgeving is onjuist en heeft nuancering. Levering van de producten voor de MP96 gaat inderdaad steeds beter. Van een groot aantal MP96 gerelateerde producten zijn meer aantallen beschikbaar dan de huidige vraag. Zoals het er nu uitziet is deze beschikbaarheid stabiel voor het winterseizoen. De hogere getallen kunnen initieel gebruikt worden om de voorraad op te hogen. Daarnaast kan, als de personele bezetting dat toelaat, ook de huidige testcapaciteit opgehoogd worden.

Er is echter nog wel degelijk een backorder situatie voor de MP96 Processing Cartridges. De verwachting is dat die situatie binnen één tot twee maanden opgelost wordt. Voor de kortere termijn geldt dat vervanging voor de MP96 Processing Cartridges beschikbaar is. Dit betreft de Processing Cartridges van Bioplastics. Deze zijn gevalideerd bij meerdere MML's en te bestellen bij Biozym of bij het LCH. Ondanks dat Roche aangeeft de hele winter een hoog aantal testmaterialen te kunnen leveren, is de voorraad niet onbepikt. Grote orders zullen dan ook niet in één keer uitgeleverd kunnen worden.

Met vriendelijke groet,
LCDK