


To: 5.1.2e [5.1.2e]@lzc.nl  
 From: 5.1.2e  
 Sent: Sat 8/22/2020 1:42:28 PM  
 Subject: RE: speekselpanel resultaten LZR  
 Received: Sat 8/22/2020 1:42:28 PM  
[Verwachte resultaten speeksel panel SARS-CoV-2 - ronde 1 versie 2.pdf](#)


Beste 5.1.2e

Hartelijk dank voor de resultaten. 1 vraag: na de Easymag op de LC480, welke methode gebruiken jullie? Fastvirus mastermix met E-gen Corman primers/probe?

De vier monsters die door meeste labs worden gedetecteerd hebben jullie met beide methoden ook gedetecteerd, alhoewel het monster met laagste concentratie van die 4 in de LC480 met heel zwakke curve. Het monster met laagste concentratie virus (Sen.SALIVA\_CoV20-06) die jullie negatief scoren met EasyMag/LC480 en positief met 1 target op GeneXpert is een educational monster wat door weinig labs positief wordt gevonden. Bijgevoegd de verwachte resultaten en hieronder plaatjes van de resultaten van beste methode(s) per lab.



Per laboratorium zijn alleen de twee meest gevoelige targets in deze grafiek weergegeven.  
 Niet alle laboratoria gebruiken tests waar twee gen targets gebruikt worden.  
 Ct 50 = artificiële Ct waarde voor een negatief resultaat.  
 Voor datasets zonder negatieve resultaten is mediaan met IQR weergegeven.



*Per laboratorium zijn alleen de twee meest gevoelige targets in deze grafiek weergegeven. Niet alle laboratoria gebruiken tests waar twee gen targets gebruikt worden. Een positieve uitslag kan toegekend worden bij een dubbel positief (composiet) signaal van beide gen targets, of bij een positief signaal bij één van beide gen targets. In dit figuur staat het percentage positieve uitslagen per Sen.SALIVA serienummer weergegeven.*

Jullie resultaten zijn goed in vergelijking met verwachte resultaten en rest labs en daarom prima bruikbaar om met speekselmonster aan de slag te gaan.

Zodra we met de GGDen in september van start gaan met speekselafname vragen we om 5 positieve en 10 negatieve speekselmonsters te sturen ter confirmatie.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@lzt.nl>  
**Sent:** donderdag 20 augustus 2020 17:07  
**To:** 5.1.2e, 5.1.2e@rivm.nl>  
**Subject:**

Laurentius Ziekenhuis  
 Mgr. Driessenstraat 6 | 6043 CV Roermond |  
 Postbus 920 | 6040 AX Roermond |  
[www.lzt.nl](http://www.lzt.nl)



--  
 This message has been scanned for viruses and dangerous content by

[E.F.A. Project](#), and is believed to be clean.