

**To:** (10)(2e) | (10)(2e) | @minvws.nl  
**Cc:** (10)(2e) | (10)(2e) | @rivm.nl  
**From:** (10)(2e)  
**Sent:** Mon 9/7/2020 2:59:33 PM  
**Subject:** RE: link  
**Received:** Mon 9/7/2020 2:59:35 PM

Hi (10)(2e),

Fijn van de link.

Er staan nu op deze link een aantal zaken die niet helemaal overeenkomen met hoe het nu gaat. Heb jij enig idee hoe/wat/waar wij dit kunnen aankaarten?

Het gaat om een aantal zaken, o.a. deze:

- RIVM test niet alle LCH hulpmiddelen (want preferred suppliers etc);
- Documentatie wordt niet voor inkoop beoordeeld door RIVM;
- Chirurgische mondneusmaskers type IIR worden alleen nog maar op spattest beoordeeld **en NIET op Bacteriële Filtratie Efficiëntie**.

Ik hoor het graag!

Groet,  
 (10)(2e)

---

**Van:** (10)(2e) | <(10)(2e) | @minvws.nl>  
**Verzonden:** donderdag 3 september 2020 13:38  
**Aan:** (10)(2e) | <(10)(2e) | @rivm.nl>; (10)(2e) | <(10)(2e) | @rivm.nl>  
**Onderwerp:** link

Hoi (10)(2e),

En nog de beloofde link: (10)(1b)  
 (10)(1b)

Deze wordt ook vermeld op de sticker die LCH op de omdozen aanbrengt, samen met een emailadres, referentienummer (lotnummer), LCh en producttype.

Groet



Mw. (10)(2e) | (10)(2e)  
 Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie  
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |  
 Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |  
 \* 06 (10)(2e)  
 (10)(2e) | @minvws.nl | www.rijksoverheid.nl |

*Bent u al klaar voor de nieuwe wetgeving medische hulpmiddelen?*

656654

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  
[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) Committed to *health and sustainability*