

To: lchv<[redacted]@rivm.nl>
From: [redacted] (10)(2e)
Sent: Fri 8/14/2020 12:40:10 PM
Subject: RE: Vraag over "Uitgangspunten PBM buiten het ziekenhuis"
Received: Fri 8/14/2020 12:40:11 PM

Hi [redacted] (10)(2e)

Je hebt gelijk dat er geen R bij moet. De R staat voor dat het masker beschermt tegen druppels afkomstig van buiten (naar binnen). Als de medewerker zelf met (verdenking van) covid dan komt het risico van binnen naar buiten en heeft de R geen zin.
n.b. dit geldt ook als een huisgenoot of nauw contact[™] van een zorgmedewerker positief is of klachten heeft. Ook dan is een masker type II nodig en hoeft er geen sprake te zijn van aanvulling R.

groet [redacted] (10)(2e)

Van: lchv <[redacted]@rivm.nl>
Verzonden: vrijdag 14 augustus 2020 14:08
Aan: [redacted] (10)(2e) <[redacted] (10)(2e)@rivm.nl>
Onderwerp: FW: Vraag over "Uitgangspunten PBM buiten het ziekenhuis"

Hoi [redacted] (10)(2e)

Zie graag onderstaande mail.

[redacted] (10)(2g)

Of kan bij een IIR de druppels wel naar buiten maar niet naar binnen? En volstaat dan de type II?

Groet,

[redacted] (10)(2e)

Van: LCI <[redacted]@rivm.nl>
Verzonden: vrijdag 14 augustus 2020 13:15
Aan: lchv <[redacted]@rivm.nl>
Onderwerp: FW: Vraag over "Uitgangspunten PBM buiten het ziekenhuis"

Van: [redacted] (10)(2e) <[redacted] (10)(2e)@rotterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 14 augustus 2020 13:08
Aan: LCI <[redacted]@rivm.nl>
CC: [redacted] (10)(2e) <[redacted] (10)(2e)@rotterdam.nl>; [redacted] (10)(2e) <[redacted] (10)(2e)@rotterdam.nl>; [redacted] (10)(2e) <[redacted] (10)(2e)@rotterdam.nl>
Onderwerp: Vraag over "Uitgangspunten PBM buiten het ziekenhuis"

Beste collega's,

In de bijlage "Uitgangspunten PBM buiten het ziekenhuis" staat het volgende (zie hieronder).
Klopt dit of het moet IIR zijn? Type II (zonder R) staat verder nergens in de richtlijn benoemd, ook niet bij het stukje over PBM minimale eis.
Graag jullie reactie.

B. Ter bescherming van de patiënt bij een medewerker met (verdenking op) COVID-19

Een medewerker verdacht voor COVID-19 kan getest worden en blijft totdat de uitslag bekend is thuis. (Zie ook [Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers](#).)

Indien het noodzakelijk is dat een medewerker verdacht voor COVID-19 zonder koorts toch lichamelijke verzorging of onderzoek moet verlenen aan een patiënt, is PBM nodig.

PBM om te voorkomen dat de medewerker het virus verspreidt, bestaat uit een chirurgisch mondneusmasker type II en wegwerphandschoenen voor de medewerker. Het mondneusmasker kan 3 uur achtereen gedragen worden (bij verscheidene patiënten). De handschoenen moeten per patiënt gewisseld worden.

Met vriendelijke groet,

(10)/(2e)

Gemeente Rotterdam
Maatschappelijke Ontwikkeling
Corona

Website www.rotterdam.nl