

### Wat is een niet-medisch mondkapje?

Er is behoefte aan duidelijkheid over wat is een medisch mondkapje en wat is een niet-medisch mondkapje (in het kader van in het OV mag je geen medisch mondkapje dragen), in het bijzonder voor de chirurgische mondkapjes. Er is kennelijk een dringende behoefte van retailers over wat de criteria of de exacte afbakening is van 'niet medisch' t.a.v. mondkapjes.

Er zijn in Europa geen normen van een niet-medisch mondkapje; dit is een afbakening/categorie die wij niet kennen.

In de gezondheidszorg wordt op dit moment 2 soorten mondkapjes gebruikt

- Chirurgische mondkapjes
- Adembeschermingsmaskers (FFP/KN95/N95)

Deze laatste categorie wordt ook gebruikt buiten de zorg (chemische industrie/asbest/ etc). Van beide categorieën maskers is op dit moment schaarste.

De mondkapjes die in het OV gedragen worden, mogen niet hetzelfde zijn als die gebruikt worden in de gezondheidszorg, omdat men wil voorkomen dat het ten koste gaat van de gezondheidszorg. Daarnaast wil men voorkomen dat de grondstoffen van deze producten gebruikt worden voor maskers.

Kort gezegd kunnen dus alle mondkapjes gedragen worden; behalve boven genoemde twee categorieën.

### Wat zijn adembeschermingsmaskers?

| Ademhalingsbeschermingsmaskers                                  |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Product                                                         | Norm                                               |
| FFP2 IIR or FFP3 IIR                                            | EN 149:2001+A1:2009 + EN 14683+(A)C1:2019 (10)(2a) |
| FFP2 or FFP3                                                    | EN 149:2001+A1:2009 (10)(2a)                       |
| FFP1                                                            | EN 149:2001+A1:2009 (10)(2a)                       |
| KN95, KN100, KP95 or KP100                                      | GB2626-2006 or GB2626-2019 (10)(2a)                |
| Technical requirements for protective face mask for medical use | GB19083-2010 (10)(2a)                              |
| N95, N99 or N100                                                | NIOSH 42 CFR 84 (10)(2a)                           |
| P2                                                              | AS/NZS 1716:2012 (10)(2a)                          |
| (10)(2a) 1st class                                              | KMOEL -2017-64 (10)(2a)                            |
| DS                                                              | JMHLW-Notification 214, 2018 (10)(2a)              |

(10)(1c)

(10)(1c)

(10)(1c)


Belangrijk materialen bij de adembeschermingsmaskers zijn

- Polypropylene non-woven fabric
- Meltblown
- Hot air cotton

**Wat zijn chirurgische mondneusmaskers?**

| <b>Medisch gezichtsmasker (chirurgisch masker)</b> |                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Product</b>                                     | <b>Norm</b>                                           |
| Surgical Mask Type II, IIR                         | EN 14683+(A)C1:2019 (10)(2a)                          |
| Surgical Mask                                      | YY 0469-2011 (10)(2a) + a BFE of >98% instead of >95% |
| Level 2 or 3 Mask                                  | ASTM F2100 (10)(2a)                                   |
| Level 1 Mask                                       | ASTM F2100 (10)(2a)                                   |

(10)(1c)



Belangrijk materialen bij de adembeschermingsmaskers zijn

- non-woven polypropyleen
- Cellulose

**Voorbeeld van een masker dat bedoeld is voor gebruik buiten zorg**

