

To: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
From: (10)(2e) <(10)(2e)@lumc.nl>
Sent: Tue 6/23/2020 9:42:59 AM
Subject: RE: PFE test
Received: Tue 6/23/2020 9:43:04 AM

Hallo (10)(2e)

We gaan dan afwachten of er gebruik gemaakt van gaat worden. De druk is wat van de ketel, ook binnen het LUMC, en we meten vrij weinig op dit moment.

Groeten,

(10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Sent: vrijdag 19 juni 2020 15:07
To: (10)(2e) (VGM) <(10)(2e)@lumc.nl>
Subject: RE: PFE test

Beste (10)(2e)

Geen enkel probleem. Hartelijk dank voor je antwoord.
 Ik heb je mail ook doorgestuurd naar onze Langdurige Zorg; zij krijgen meer signalen direct van zorginstellingen binnen.

Groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@lumc.nl> <(10)(2e)@lumc.nl>
Verzonden: woensdag 17 juni 2020 12:42
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e)@lumc.nl>
Onderwerp: RE: PFE test

Beste (10)(2e)

Excuus dat het zolang heeft geduurd voordat er een antwoord komt. Gaat allemaal wat langzamer nu de crisis organisatie wordt afgebouwd en de normale organisatie weer opgang moet komen. Gisteren pas antwoord gekregen van de Raad van Bestuur van het LUMC op de vraag.

Het LUMC wil voor zorginstellingen uit de regio die dat willen mond/neusmaskers testen of effectiviteit van het tegenhouden van deeltjes en spatwater. We bieden dit aan zonder dat er kosten voor in rekening worden gebracht.

Als jullie dit gaan communiceren met zorginstellingen dan even het volgende.

- Vooraf kunnen ze een e-mail sturen met het verzoek voor het testen van hun mond/neusmaskers naar (10)(2e) <(10)(2e)@lumc.nl>
- In het onderwerp van de mail moet zijn "Verzoek testen mondkapjes regio"
- In de mail dan aangeven om hoeveel verschillende mond/neusmaskers het zijn
- Contactpersoon met e-mailadres en telefoonnummer

Wij nemen dan vanuit het LUMC contact op met de contactpersoon en regelen het verder zodat de mond/neusmaskers worden getest.

We nemen alleen mond/neusmaskers in behandeling die door de zorginstelling zelf zijn aangeschaft en dus niet wat vanuit het LCH en/of GHOR is aangeleverd aan zorginstellingen, die zijn getest.

We gaan dan afwachten hoeveel zorginstellingen er gebruik van gaan maken en bepalen dan verder onze strategie over doorlooptijden etc.

Hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Groeten,

(10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Sent: woensdag 27 mei 2020 12:55
To: (10)(2e) (VGM) <(10)(2e)@lumc.nl>
Subject: RE: PFE test

Beste (10)(2e)

Voor zover ik begrepen heb is de test die jullie uitvoeren wel een goede indicatie van de kwaliteit van een masker inderdaad, ook al is het niet volledig via de norm.

Mocht je iets weten hoor ik het graag.

Groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e)@lumc.nl <(10)(2e)@lumc.nl>
Verzonden: woensdag 27 mei 2020 07:30
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: RE: PFE test

Goedemorgen (10)(2e)

Ij meten inderdaad ook mond/neusmaskers door voor eigen gebruik en voor een aantal andere instellingen in de regio Leiden. Wij meten dan wel op een andere manier en niet met NaCl aerosolen zoals in het LCH door Kalibra wordt gedaan, maar met droge stof deeltjes die in de omgeving aanwezig zijn. Deze methode geeft een goede indruk van de kwaliteit van de maskers. Dus als dat geen probleem is kan ik gaan navragen bij de Raad van Bestuur of we dit voor andere zorginstellingen kunnen faciliteren, want het zal zeker een grote druk leggen op de capaciteit die we beschikbaar hebben. Zodra ik meer weet, neem ik weer contact met je op.

Groeten,

(10)(2e)

(10)(2e)

Leiden | Tel: 071 (10)(2e) | [E-mail](#) | [website](#)

Aanwezig Maandag t/m Donderdag



Leids Universitair
Medisch Centrum



Universiteit
Leiden



From: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Sent: dinsdag 26 mei 2020 19:33
To: (10)(2e) (VGM) <(10)(2e)@lumc.nl>
Subject: PFE test

Geachte heer (10)(2e)

Ik heb uw contactgegevens via (10)(2e) (VWS) en (10)(2e) (RIVM). U heeft een aantal weken geleden contact met hen gehad over de PFE test die nu op verschillende plaatsen wordt uitgevoerd op FFP mondmaskers.

Zoals u wellicht in het nieuws vernomen hebt, hebben een heel aantal zorginstellingen adembeschermingsmaskers ingekocht waarvan nu blijkt dat deze niet voldoen aan de kwaliteitseisen. Vanuit het RIVM/LCH is er onvoldoende capaciteit om maskers vanuit dergelijke zorginstellingen te testen. De minister wil echter deze zorginstellingen wel op weg helpen naar organisaties die ook de PFE test uitvoeren.

Van (10)(2e) heb ik begrepen dat het LUMC de test uitvoert. Is het mogelijk dat onze minister ook, naast andere organisaties, het LUCM noemt waar zorginstellingen terecht kunnen? Of kunt u de test niet aanbieden buiten het LUMC om?

Weet u toevallig ook andere instellingen/ziekenhuizen die deze test, op de juiste manier, uitvoeren?
Voor zover mij bekend zijn dit in ieder geval Proqares, TUDelft, Kalibra en de notified bodies uiteraard.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)



Mw. ^{Dijk} (10)(2e) | (Senior) Beleidsmedewerker |
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie
[Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport](#) |
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |
* 06 (10)(2e)
✉ (10)(2e) @minvws.nl | www.rijksoverheid.nl |

Bent u al klaar voor de nieuwe wetgeving medische hulpmiddelen?