

**To:** (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @minvws.nl]  
**Cc:** (10)(2e) [(10)(2e) @minvws.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @minvws.nl]  
**From:** (10)(2e)  
**Sent:** Wed 5/13/2020 10:16:06 AM  
**Subject:** RE: Eisen niet-medische mondmaskers  
**Received:** Wed 5/13/2020 10:16:06 AM

(10)(2e) dank, ik ga het doorzetten. (10)(2e)

---

**Van:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>  
**Verzonden:** woensdag 13 mei 2020 12:15  
**Aan:** (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>  
**CC:** (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>  
**Onderwerp:** Eisen niet-medische mondmaskers

Beste (10)(2e)

Zoals net afgesproken.

- Medische mondmaskers moeten beschikbaar blijven voor de zorg.
- Zoals gister al gemaaild, is het een mondmaskers bedoeld voor de medische zorg als het een FFP aanduiding heeft (FFP1, FFP2, FFP3, of het gelijkwaardige KN95/N95) of een chirurgisch mondmasker betreft. De types daarvoor zijn genoemd in het document dat je gister al van (10)(2e) hebt ontvangen.
- Maskers die worden aangeboden door retailers, mogen geen CE markering hebben, of verwijzen naar een norm voor medische hulpmiddelen, of een naam of naamgeving die de suggestie wekt dat het product een medisch hulpmiddel is. Het moet voor de gebruiker volledig duidelijk zijn dat het om een mondmasker zonder enige claim gaat.
- NVWA en IGJ houden hier toezicht op.

Kortom, uit de aanduiding van de maskers moet duidelijk blijken dat ze niet bedoeld zijn voor een medische setting.

Ik zou dit aanvullen met waar NEN nu mee bezig is. Hopelijk beantwoordt dit de vragen van VNO NCW.

Groet, (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

**Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport**  
**Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie**  
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag  
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

M 06- (10)(2e)  
(10)(2e) @minvws.nl  
[www.minvws.nl](http://www.minvws.nl)

(10)(2e)