

To: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
From: (10)(2e)
Sent: Wed 7/22/2020 2:47:22 PM
Subject: RE: Vervanging V60 beademingsapparaten Bonaire
Received: Wed 7/22/2020 2:47:23 PM

Beste (10)(2e)

Dank! Wie is je achtervang tijdens je vakantie?

Alvast een fijne vakantie.

Groet,

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Datum: woensdag 22 jul. 2020 3:38 PM
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Kopie: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Vervanging V60 beademingsapparaten Bonaire

Ha (10)(2e)

Er wordt bij Philips nagegaan wat er mogelijk is.
 Ik ga morgen op vakantie en heb mijn beademingstaken afgebouwd.

Je hoort zsm wat er mogelijk is.

Groet,

(10)(2e)

(10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 21 juli 2020 21:51
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: Vervanging V60 beademingsapparaten Bonaire

Beste (10)(2e)

Het is al weer een tijdje geleden dat we contact hadden ivm de levering beademingsapparatuur voor de landen in het Koninkrijk.

Een tijdje geleden heb je ons ook een email gestuurd over de bruikleen van de Defensie apparaten. Door de drukte waren we er nog niet aan toegekomen om daar op te reageren. Excuses daarvoor.

Op de eilanden is het tamelijk stabiel verlopen. Door de lockdown en de vliegverboden is de introductie/transmissie teruggedrongen en is het al weken rustig. De afgelopen twee weken zien we door hervatting vliegverkeer de cijfers van introductie Covid op de eilanden weer gebeuren. Helaas is er nu ook iemand op de IC van Bonaire beland. We hebben V60 naar Bonaire gestuurd en de ervaringen zijn dat die niet goed matchen met de zuurstofvoorziening op het eiland. Om het ziekenhuis goed te adviseren over het gebruik van de V60 is er contact gelegd tussen het ziekenhuis en Erasmus en (10)(2e) (10)(2e) in het bijzonder. Hij adviseert om andere apparaten aan Bonaire te leveren. Zie terugkoppeling

(10)(2e) hieronder. Kun je ons assisteren bij het leveren van de apparatuur die (10)(2e) adviseert? Het vluchtverkeer is weer op gang gekomen, dus is het gelukkig niet meer zo ingewikkeld om de apparatuur daar te krijgen.

Hoor graag van je.

Groet,

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@erasmusmc.nl>
Datum: dinsdag 21 jul. 2020 9:02 PM
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: Re: Kennismaking Zorg en Jeugd Caribisch Nederland VWS
 Beste (10)(2e)

Vandaag gesproken met beide Amsterdamse collega's die op dit moment werkzaam zijn in Bonaire. Na een korte uitleg kwamen we tot de conclusie dat vooral het zuurstof verbruik een belangrijk issue is omdat het zuurstofaanbod voor het ziekenhuis gaat via zuurstofcilinders die worden aangevoerd uit (10)(2a). Dus het zuurstofverbruik is een belangrijk aspect en dat is veel hoger met het beademingsapparaat Philips V60. Wij in het Erasmus hebben de Philips Trilogy Eva met een 2 slangen systeem en dat is wezenlijk anders dan het toestel wat staat in Bonaire. Naast enkele andere aspecten zoals een extra virus filter wat men moet inzetten bij het gebruik van een 1 slang systeem is mijn voorstel om de toestellen te vervangen door een echte IC beademingsapparaat met 2 slangen maar ook met een BIAS flow. Het voordeel van apparaten met een BIAS flow dat deze minder zuurstof verbruiken en dit zit in de meeste geavanceerder IC beademingsapparaten zoals Hamilton, Draeger, Maquette en GE. Wel belangrijk dat deze firma's ook apparaten hebben zonder BIAS flow !!! Ook beademingsapparaten gebaseerd op een blower verbruiken meer zuurstof.

Voor vragen kun je me laagdrempelig bellen

Groet,
(10)(2e)

Op 20 jul. 2020, om 21:14 heeft (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl> het volgende geschreven:

Beste (10)(2e)

Dank voor de snelle reactie. Ik stuur de collega's in het ziekenhuis Bonaire een email met je aanbod en zal je in de cc meenemen.

Groet,

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work

(10)(2g)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@erasmusmc.nl> (10)(2e)@erasmusmc.nl>>

Datum: maandag 20 jul. 2020 8:45 PM

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl> (10)(2e)@minvws.nl>>

Onderwerp: Re: Kennismaking Zorg en Jeugd Caribisch Nederland VWS

Beste (10)(2e)

Laten ze mij morgen bellen op mijn mobiel nummer (10)(2e)

Groet,

(10)(2e)

Op 20 jul. 2020, om 19:07 heeft (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl> (10)(2e)@minvws.nl>> het volgende geschreven:

Beste (10)(2e)

Ook van mijn kant waardering voor de kennismaking en gedachtenwisseling.

Vraag 2 van (10)(2e) is inmiddels wat urgenter, want we kregen eind van de dag door dat er op Bonaire inmiddels iemand op de IC ligt en er daarom zeker nu behoefte is aan contact met de V60-expert. Ik meen dat je in het overleg aangaf dat er in Zwolle meegewerkt is.

Als je een emailadres en mobiel nummer kunt leveren dan kunnen de collega's op Bonaire er mee aan de slag.

Alvast dank

Groet,

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work