

To: (10)(2e) <(10)(2e)@igj.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@igj.nl>
From: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Sent: Thur 7/16/2020 6:53:49 AM
Subject: RE: afbouwen crisisregime
Received: Thur 7/16/2020 6:53:50 AM

Prima! (10)(2e) buiten verzoek

Groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@igj.nl>

Verzonden: donderdag 16 juli 2020 08:24

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@igj.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Onderwerp: RE: afbouwen crisisregime

Ok dan laat ik iets inplannen met (10)(2e) en (10)(2e) <(10)(2e)> en ik zullen hierbij zijn.

Groet (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Verzonden: woensdag 15 juli 2020 16:47

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@igj.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@igj.nl>

Onderwerp: RE: afbouwen crisisregime

Ja prima en in ieder geval met iemand uit het team.
 Ik ben bij CZ aan het afbouwen. Dus reken niet op mij.

Groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@igj.nl>

Verzonden: dinsdag 14 juli 2020 11:17

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@igj.nl>

Onderwerp: RE: afbouwen crisisregime

Dag (10)(2e)

Wij zijn inderdaad met GMT in gesprek over hoe we zoveel mogelijk weer terug kunnen naar "normaal" (producten die aan alle wettelijke vereisten voldoen). Met GMT over gesproken om dat waar mogelijk per 1 september in te laten gaan en tijdig richting buitenwereld met een gezamenlijk persbericht (VWS, IGJ, maar ook ISZW/NVWA) over te communiceren.

Op sommige punten zal er wellicht nog wat maatwerk nodig zijn voor de huidige situatie (mondkapjes, covid testen) en uiteraard besteden we aandacht aan mogelijke tweede golf.

Belangrijke punten die je noemt om over door te praten en klokken op gelijk te zetten.

Ik meen dat (10)(2e) zal voorstelde een overleg in te plannen.

Zullen wij kijken of dat nog lukt deze week of begin volgende? Met jou en iemand uit team?

Groet (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Verzonden: maandag 13 juli 2020 09:32

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@igj.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@igj.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

<(10)(2e)@minvws.nl> (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Onderwerp: afbouwen crisisregime

Ha (10)(2e)

Heb je al vakantie binnenkort. Is het bij jullie weer meer normaal?

We begrijpen dat jullie bezig zijn de uitzonderingen die gemaakt zijn in de crisisperiode weer af te bouwen. Dat is begrijpelijk.

Van (10)(2e) begrijp ik dat jullie dat ook gaan communiceren met het veld.

Graag willen we nog meegeven waar we staan met de beademingsapparatuur. Dit is natuurlijk slechts een klein onderdeel van jullie werkterrein. We denken dat het nuttig kan zijn in jullie communicatie ook aandacht te besteden aan een mogelijke 2 golf en hoe er dan mee om te gaan.

Bij beademingsapparatuur is de situatie in grote lijnen als volgt. Inmiddels is er heel veel apparatuur geleverd.

Er zijn nu voldoende high-end IC beademingsapparaten om de opschaling volgens het opschalingsplan mogelijk te maken. Dit kan met bekende merken die allemaal over een CE markering beschikken.

Daarnaast krijgt Demcon (in Nederland gebouwde beademingsapparaat) binnenkort een CE markering.

We hebben ook een groot aantal (10)(2e) apparatuur die wordt getest. Sommige zijn van topkwaliteit, andere zijn b-kwaliteit. Deze apparatuur heeft vaak wel een CE markering maar niet altijd, en zijn gekocht zonder onderhoudscontract.

Voor de toekomst is de opdracht om rekening te houden met verschillende scenario's

- Opschaling tot 1700 bedden. Dit kan met CE gemarkeerde high-end apparatuur.
- Verder opschaling voor het geval er een grote twee golf komt / een ijzeren voorraad voor het geval er een nieuwe uitbraak van een infectieziekte komt. Hiervoor zal ook goede apparatuur in voorraad worden gehouden. De vraag zal al zijn door wie.

Vraag aan IGJ is om bij het afbouwen van de crisismaatregelen na te denken hoe om te gaan met een mogelijke tweede golf en of er richtlijnen zijn voor het onderhouden van een ijzeren voorraad. Het is denkbaar dat in de toekomst opnieuw apparatuur ingezet moet worden die wel veilig moet zijn, maar afwijkt van het ideaal.

Als er behoefte is aan input, laat het weten.

Groet,

(10)(2e)