

To: Anesthesist [redacted] [redacted]@fundashonmariadal.org]
Cc: Anesthesist [redacted] [redacted]@fundashonmariadal.org]
From: [redacted] [redacted]
Sent: Tue 7/28/2020 4:49:24 PM
Subject: RE: Apparatuur beschikbaar voor [redacted] [redacted]
Received: Tue 7/28/2020 4:49:24 PM

Beste [redacted] [redacted]

In maart hebben geholpen - door gebrek aan transport (luchtvaart lag stil) om de randapparatuur naar [redacted] [redacted] te krijgen. LCH assisteert alleen bij het krijgen van de beademingsapparatuur, want daar is schaarste. LCH levert wel reserveonderdelen en disposbles. De rest niet. Ik denk dat jullie met de afdeling inkoop nu ook de rest van de apparatuur moeten bestellen. Vorige week heb ik geassisteerd met een ander lijstje en dat vond jullie afdeling inkoop niet fijn! Pakken jullie dat op richting inkoop?

Groet,

[redacted] [redacted]

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: Anesthesist <[redacted] [redacted]@fundashonmariadal.org>
Datum: dinsdag 28 jul. 2020 5:57 PM
Aan: [redacted] [redacted] <[redacted] [redacted]@minvws.nl>
Kopie: Anesthesist <[redacted] [redacted]@fundashonmariadal.org>
Onderwerp: RE: Apparatuur beschikbaar voor [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted]

Even alleen aan jou ter voorkoming van onnodig bandbreedte verbruik, maar voel je vrij deze mail door te sturen naar waar nodig. Jouw mail van vorige week is ergens tussen wal en schip gevallen qua aandacht, vandaar de vertraging. Hierbij alsnog een antwoord met excuses voor de vertraging.

De pompen die we op dit moment hebben voldoen en zijn onafhankelijk van het type beademingsmachine. Uiteraard hadden en hebben we een voorkeur voor Braun space, aangezien we dat type regulier in het ziekenhuis gebruiken. Mochten die alsnog beschikbaar zijn of komen dan houden wij ons uiteraard aanbevelen.

Over de beademingstoestellen hoeven we denk ik niet veel meer te zeggen, behalve dat ik hoop dat de [redacted] [redacted] hier snel zullen zijn.

De monitoren (Philips mx500) zijn niet geschikt voor toepassing in ons ziekenhuis. Ze blijken niet te integreren in de bestaande infrastructuur (centraalposten) van Draeger met als gevolg dat er geen weergave/bewaking "op afstand" mogelijk is met de Philips monitoren. Dat is bijzonder onpraktisch omdat bij een (verdenking) covid de deur van een kamer gesloten moet zijn (en er dan dus in geval van bewaking altijd een opgeleide verpleegkundige binnen moet zijn).

Op dit moment hebben we een drietal Draeger Infinity CentralStations waar nog ruimte op zit om meer bedlocaties aan te sluiten. Indien er Draeger Infinity materiaal beschikbaar is of komt zou dat ons (veel) beter helpen. Wat we minimaal willen kunnen bewaken is hartritme, ademfrequentie, en saturatie, liefst aangevuld met bloeddruk. Optimaal zou dat een aantal M540 monitoren zijn (inclusief de docking station om gegevens door te sturen naar een centraalpost), omdat we dat type normaal ook gebruiken. Daarvan zouden wij er (i)hkv opschalen bewakingsmogelijkheden op de afdeling tot 30 stuks goed kunnen gebruiken.

Met vriendelijke groet,

Mede namens [redacted] [redacted]
 [redacted] [redacted]

-----Original Message-----

From: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@minvws.nl]
Sent: Tuesday, July 28, 2020 5:21 AM

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

Dubbel