

On 14/05/2020 03:25, (10)(2e) wrote:

Hoi (10)(2e),
Ik heb e.e.a. bij (10)(2e) nagevraagd; hij komt met de volgende reactie:

“De serologie is niet geblokkeerd. De Inspectie heeft aangegeven dat er vooralsnog geen plaats is voor de rapid testen tot er betrouwbaardere en goedgekeurde rapid testen beschikbaar komen. Dit houdt in dat deze testen als "waar" in beslag genomen kunnen worden als zijnde een risico voor de volksgezondheid. Verder is aangegeven dat alle andere serologietesten die in het lab worden uitgevoerd (ELISA) zijn toegestaan, mits:

1. deze een hoge mate van accuraatheid bezit en gevalideerd is
2. goedgekeurd is FDA - CE;
3. dit past binnen een specifiek testkader dat afgestemd is met CPS (GGD)

Hopelijk is hiermee wat verduidelijking gegeven.”

Dat houdt in dat we deze testen gewoon kunnen gebruiken en dat de inspectie de GGD, het ziekenhuis en het lab geen strobreed in de weg zal leggen.
Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@gmail.com>
Sent: dinsdag 12 mei 2020 17:34
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: Re: verstrekking (10)(1c) ELISA

Hi (10)(2e)

Dank voor de toelichting.

Op zich is de levering van de (10)(1c) best bijzonder geregeld en ik geloof best dat de (10)(1c) kits een tijd mee zullen gaan maar ik neem aan dat de overheid niet de structurele leverancier zal blijven. Voor (10)(2a) heeft de inspecteur elke vorm van serologie voor COVID verboden (behalve in PCR positieven) en als er serologie gedaan moet worden dan alleen met de (10)(1c) kit 'de enige die approved is in NL'. Dat is een decreet van voor het NVMM rapport en dat zal de beste man niet zelf verzinnen. Als je het NVMM rapport leest dan was de keuze om (10)(1c) uit te voeren voor het SMMC prima in lijn met het advies om een lokale afweging te maken. Op dit moment is er echter geen serologische assay beschikbaar op (10)(2a) en is het eerdere werk aan de (10)(1c) ELISA tevergeefs. Dat kan toch niet de bedoeling zijn geweest ook al zal het ongetwijfeld allemaal goed komen, bijzonder blijft het wel.

De nieuwe (10)(1c) assay zal idd opnieuw geevalueerd moeten worden.

hartelijke groet,

(10)(2e)